

Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005

Atklāta konkursa
„Dažādu kaulu osteosintēzes implantu iepirkums”,
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/4K

ZIŅOJUMS

2018. gada 29. martā, Rīgā, Duntes ielā 22

- 1. Pasūtītājs:**
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729, Duntes 22, Rīga, LV-1005
- 2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts** Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā 22/02/2018.
- 3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:**
ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A.Vaivodes 2018. gada 09. februāra rīkojumu Nr. 01-6/22 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks: galvenais ārsts Uģis Zariņš, iepirkuma komisijas locekļi: centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītājas vietniece Sandra Bringa, vecākā iepirkumu speciāliste Z. Liepiņa.
- 4. Prasības attiecībā uz tehniskām un profesionālajām spējām:**
Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, kas nepieciešams iepirkuma realizācijai.
- 5. Pasūtītājs** piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un **kura cena ir viszemākā.**
- 6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:**
Piedāvājums jāiesniedz līdz **2018. gada 15. martam plkst. 11:00**, VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Duntes ielā 22, administratīvā korpusa II stāvā vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendents nododot to personīgi vai nosūtot pa pastu.
- 7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:**
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika **2018. gada 15. marta**, plkst. 11:00, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā Konferenču zālē, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā.

8. Pretendenta nosaukums, kurš iesniedzis piedāvājumu, kā arī piedāvātā cena:

Nr. p.k.	Pretendents	Iepirkuma priekšmeta daļa						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Syntrade OY	7551.92						
2.	SIA "Interlux"		30116.00 34826.00				1450.00	
3.	SIA "R.A.L."			3958.85		237.00		
4.	SIA "Medasistents"							9008.00
5.	SIA "Medeksperts"				8160.00			
6.	UAB "Osteca"	3799,60		11369.20				

8.1. Iepirkuma komisija pārbaudīja aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos un konstatēja, ka:

- 8.1.1. SIA "Interlux" iepirkuma priekšmeta 2. daļā kopējā summa ir 34 826.00 EUR bez PVN. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta (9) daļu, Pasūtītājs izlaboja un vērtējot finanšu piedāvājumu, ņēma vērā labojumus.
- 8.1.2. Pārējos piedāvājumos aritmētiskās kļūdas netika konstatētas.

9. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, pretendents ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena (20.03.2018. Protokols nr. 2):

9.1. Pretendenta piedāvājuma noformējuma pārbaude.

- 9.1.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 17. līdz 25. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un konstatēja, ka visu pretendenta piedāvājumu noformējumi atbilst izvirzītajām prasībām.
- 9.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu pārbaude”. Balsojums: par – 4, pret – 0.

9.2. Pretendenta atlases dokumentu pārbaude.

- 9.2.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta *Atlases dokumenti* atbilst nolikuma 37.-41. punktā izvirzītajām prasībām.
- 9.2.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”. Balsojums: par – 4, pret – 0.

9.3. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

- 9.3.1. Iepirkuma komisija veica Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41. panta (8) apakšpunktu un nolikuma 55.3.punktu, nolēma:
- 9.3.1.1. **Syntrade Oy:**
- 9.3.1.1.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēmj virzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 4, pret – 0.
- 9.3.1.2. **SIA "Interlux":**
- 9.3.1.2.1. Iepirkuma priekšmeta 2., 6. daļa – piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēmj virzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 4, pret – 0.
- 9.3.1.3. **SIA "R.A.L.":**

- 9.3.1.3.1. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3., 5.daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 4, pret – 0.
- 9.3.1.4.**SIA “Medasistents”:**
- 9.3.1.4.1. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 4, pret – 0.
- 9.3.1.5.**SIA “Medeksperts”:**
- 9.3.1.5.1. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 4, pret – 0.
- 9.3.1.6.**UAB “Osteca”:**
- 9.3.1.6.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa 1.pozīcija:
- 9.3.1.6.1.1.Stieņa diametrs viscaur vienāds, nevis apgrieztas pudeles forma, ir tikai trīs, nevis piecas pretkompresijas rievās (Tehnisko specifikāciju (turpmāk – TS) prasība Nr.1.3.1.);
- 9.3.1.6.1.2.Distālajā atverē nav iespējams mainīt skrūves virzienu lielā lielkaula mugurējās malas lūzumu fiksācijai (TS prasība Nr.1.3.2.2.)
- 9.3.1.6.1.3.Nav norādes par iespēju stieni ievietot suprapatellāri (TS prasība Nr.1.5.). Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj, ka piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 4, pret –0.
- 9.3.1.6.2. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa
- 9.3.1.6.2.1.4.pozīcija: plāksņu biezums 2,5 mm, nevis 3, 5 kā prasīts (TS prasība Nr.2.2.).
- 9.3.1.6.2.2.9. pozīcija: plāksņu biezums 2,5 mm, nevis 3, 5 kā prasīts (TS prasība Nr.2.1.).
- Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj, ka piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 4, pret –0.

9.4. **Pretendentu Finanšu piedāvājumu pārbaude.**

- 9.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos un un konstatē, ka:
- 9.4.1.1.SIA “Interlux” iepirkuma priekšmeta 2. daļā kopējā summa ir 34 826.00 EUR bez PVN. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta (9) daļu, Pasūtītājs izlabo un vērtējot finanšu piedāvājumu, ņem vērā labojumus.
- 9.4.1.2.Pārējos piedāvājumos aritmētiskās kļūdas netiek konstatētas.

9.5. **Izzinu pieprasīšana un lēmuma pieņemšana.**

- 9.5.1. Iepirkuma komisija nolēma atzīt šādus pretendentes, par pretendentiem kuru piedāvājumi būtu atzīstami par saimnieciski visizdevīgākajiem, jo to kvalifikācija atbilst nolikumā norādītajām prasībām un piedāvājumi ir ar viszemāko cenu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā:
- 9.5.1.1.Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – Syntrade OY par kopējo cenu 7551.92 EUR bez PVN.
- 9.5.1.2.Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – SIA “Interlux” par kopējo cenu 34826.00 EUR bez PVN.
- 9.5.1.3.Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – SIA “R.A.L.” par kopējo cenu 3958.85 EUR bez PVN.
- 9.5.1.4.Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – SIA “Medeksperts” par kopējo cenu 8160.00 EUR bez PVN.
- 9.5.1.5.Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – SIA “R.A.L.” par kopējo cenu 237.00 EUR bez PVN.

9.5.1.6. Iepirkuma priekšmeta 6. daļa – SIA “Interlux” par kopējo cenu 1450.00 EUR bez PVN.

9.5.1.7. Iepirkuma priekšmeta 7. daļa – SIA “Medasistents” par kopējo cenu 9008.00 EUR bez PVN.

Kopējā līguma summa **65 191.77 EUR bez PVN.**

9.5.2. Saskaņā ar nolikuma 37. punktu, pārliecinās, vai SIA “Interlux”, SIA “R.A.L.”, SIA “Medeksperts” un SIA “Medasistents” nav izslēdzama no iepirkuma procedūras (piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu: **15.03.2018.** un uz lēmuma pieņemšanas dienu **20.03.2018.**), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – likums) 42.panta nosacījumiem, un konstatē, ka pretendentiem nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem (skat. protokola Nr.2 pielikumā izdruku no <https://www.eis.gov.lv/>).

9.5.3. Saskaņā ar likuma 42.pantu, 10 (desmit) darba dienu laikā lūdz SIA “Medeksperts” iesniegt attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendenta valdes vai padomes locekļi, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, neatbilst PIL 42.panta (1) daļai un (2) daļas 2.punktā noteiktiem izslēgšanas nosacījumiem.

9.5.4. Iepirkuma komisija, lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu Syntrade OY nav attiecināmi likuma 42. pantā pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi (nolikuma 47.4.1. punkts), pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas likuma 42. panta pirmajā un otrās daļas 2. punktā minētie gadījumi. Izziņa ir jāiesniedz par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu: **15.03.2018.** un uz lēmuma pieņemšanas dienu **20.03.2018.**

9.5.5. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu

9.5.6. 20.03.2018. SIA “Medeksperts”, 27.03.2018. un 29.03.2018. Syntrade Oy iesniedza attiecīgās kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka pretendenta valdes vai padomes locekļi, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, neatbilst PIL 42.panta (1) daļai un (2) daļas 2.punktā noteiktiem izslēgšanas nosacījumiem.

10. Iepirkuma komisija **nolēma slēgt līgumus** ar:

10.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – Syntrade OY par kopējo cenu 7551.92 EUR bez PVN.

10.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – SIA “Interlux” par kopējo cenu 34826.00 EUR bez PVN.

10.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – SIA “R.A.L.” par kopējo cenu 3958.85 EUR bez PVN.

10.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – SIA “Medeksperts” par kopējo cenu 8160.00 EUR bez PVN.

10.5. Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – SIA “R.A.L.” par kopējo cenu 237.00 EUR bez PVN.

10.6. Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – SIA “Interlux” par kopējo cenu 1450.00 EUR bez PVN.

10.7. Iepirkuma priekšmeta 7.daļa – SIA “Medasistents” par kopējo cenu 9008.00 EUR bez PVN.

Kopējā līguma summa **65 191.77 EUR bez PVN.**

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: _____ I. Rantiņa

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks: _____ U. Zariņš

Komisijas locekļi: _____ I. Buša