

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005

Iepirkuma procedūras
„Medicīniskā aprīkojuma piegāde centrālai sterilizācijas nodaļai”,
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/5MP - ERAF

ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

2014. gada 14. janvārī

- 1. Pasūtītājs: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”** (turpmāk tekstā Slimnīca)
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729
adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005,
tālr. 67399300, fakss 67392348
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Kods: HABALV22
- 2. Paziņojums par līgumu (par iepirkuma procedūru) internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Slimnīcas mājas lapā ievietots 2013. gada 10. decembrī.**
- 3. Iepirkuma procedūru organizē un realizē:** ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2013. gada 10. decembra rīkojumu Nr. 01-6/153 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas locekļi: centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītājas vietniece Sandra Bringa, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa.
- 4. Finansēšanas avots:**
 - 4.1. Nacionālais privātais finansējums 10 %;
 - 4.2. Valsts budžeta līdzfinansējums – 5.79%;
 - 4.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 84.21 %.
- 5. Iepirkuma priekšmets – medicīniskā aprīkojuma piegāde centrālai sterilizācijas nodaļai, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma Pielikumā Nr. 2.**
- 6. Pretendentu atlases kritēriji:**
 - 6.1. PASŪTĪTĀJS izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:
 - 6.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par

tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

- 6.1.2. 6.1.2.2. pretendents Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena, saskaņā ar finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu (LVL, bez PVN) ir viszemākā.

8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš:

8.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 06. janvārim plkst. 11.00 VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Dunties ielā 22, Rīga, LV-1005, administratīvā korpusa II stāvā, vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendents ierodoties personīgi vai pa pastu.

Pretendentam bija jāiesniedz piedāvājums par tehniskā specifikācijā norādīto iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā. Iepirkuma priekšmets daļās netiek dalīts.

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2014. gada 06. janvārī, plkst. 11.00, VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", administratīvā korpusa II stāvā, Dunties ielā 22, Rīgā, Latvijā, slēgtā sanāksmē.

10. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalījās:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja - iepirkuma komisijas priekšsēdētāja - valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas locekļi: centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītājas vietniece Sandra Bringa, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa.

Protokolē - administratīvā biroja vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa (06.01.2014. protokols Nr.1).

Pretendentu pārstāvji piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nepiedalījās, jo Nolikuma 14.1. punkts noteica, ka piedāvājumi tiks atvērti slēgtā sanāksmē.

11. Iesniegtā piedāvājuma saraksts, kurā norādīts pretendenta nosaukums, un piedāvātā cena:

Nr. p. k.	Pretendents, reģ. Nr., adrese	Piedāvājuma cena EUR bez PVN
1.	SIA „OneMed”, reģ. nr. 40003551944, K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV-2167.	31 857.13
2.	SIA „A.Medical”, reģ. nr. 40103599415, Varkaļu iela 13A, Rīga, LV-1067	41 820.00

12. Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz piedāvājumiem (10.01.2014. protokols Nr.2).

12.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 18. līdz 20. punktā noteiktajām noformējuma prasībām.

12.2. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendentu piedāvājumu noformējums atbilst izvirzītajām prasībām un piedāvājums var tikt vērtēts nākošajā posmā.

13. Pretendenta atlases dokumentu pārbaude.

13.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumi atbilst pretendentu atlases dokumentu pārbaudei nolikuma 23. līdz 26. punktā izvirzītajām prasībām un piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”.

14. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

Nr. p. k.	Pretendents, reģ. Nr., adrese
1.	SIA „OneMed”, reģ. nr. 40003551944, K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV-2167
2.	SIA „A.Medical”, reģ. nr. 40103599415, Varkaļu iela 13A, Rīga, LV-1067

1.1. Iepirkuma komisija uzsāk Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un konstatē, ka (detalizētu pretendentu izvērtējumu skatīt pielikumā Nr.1):

1.1.1. **SIA „OneMed”** Tehniskais piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolemj virzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot PAR, nolemj, ka SIA „OneMed” Tehniskais piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un virza vērtēšanai nākošajā posmā – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

1.1.2. **SIA „A.Medical”** Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām. Tā kā ir dažas pozīcijas, kuras būtu jāprecizē, jo nav norādīti dati, bet ir pozīcijas, kurās piedāvājums **neatbilst** un šis iepirkuma ir ar otru dārgāko cenu (lētākais piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām (lai pārlicinātos, ka tas ir lētākais - tika pārbaudītas aritmētiskās kļūdas)), lai samazinātu administratīvo un pretendenta resursu patēriņu, iepirkuma komisija nolemj neprecizēt informāciju. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot PAR, nolemj, ka SIA „A.Medical” Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nevirza vērtēšanai nākošajā posmā – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

15. Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

15.1. Iepirkuma komisija veica pretendenta finanšu piedāvājumu vērtēšanu:

Nr. p. k.	Pretendents, reģ. Nr., adrese	Piedāvājuma cena EUR bez PVN
1.	SIA „OneMed”, reģ. nr. 40003551944, K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV-2167.	31 857.13

15.2. Iepirkuma komisija Finanšu piedāvājumā pārbauda aritmētiskās kļūdas un tādas nekonstatē.

15.3. Vecākā iepirkumu speciāliste Z.Liepiņa ziņo, ka kopš 06.01.2014. Valsts reģionālās attīstības aģentūra nav vēl reģistrējusi VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā, kur Pasūtītājam ir jāpārlicinās, vai pretendents nav izslēdzams no iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 5.panta 1) un 2) daļu.

15.4. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj informāciju par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības SIA „OneMed”, reģ. nr. 40003551944, pārbaudīt šādi:

15.4.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². pantu (5) 1) daļu lūdz sniegt informāciju LR Uzņēmuma reģistram, ka, nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

15.4.2. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². pantu (5) 1) daļu, pārbauda vai pretendents nav apturēts vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība – VID mājas lapā: <http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=5828&hl=1>;

15.4.3. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². pantu (5) 2) daļu, VID mājas lapā (http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR) pārbauda vai pretendents Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

15.5. Iepirkuma komisija pārliecinās, ka SIA „OneMed” neatbilst nevienam Publiskā iepirkuma likuma 5.panta 1) un 2) daļas apstākļiem.

15.5.1. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par” par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā - **SIA „OneMed”**, reģ. nr. 40003551944, ar kopējo līgumcenu 31 857.13 EUR bez PVN.

15.6. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja uzdod vecākajai iepirkuma speciālistei:

15.6.1. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, informēt pretendētus par pieņemto lēmumu;

15.6.2. saskaņā ar CFLA 13.12.2013. elektronisko vēstuli, par iepirkuma procedūras norises pārbaudī projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/013 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”” ietvaros veiktajam iepirkumam „Medicīniskā aprīkojuma piegāde centrālai sterilizācijas nodaļai” (identifikācijas numuru VSIA TOS 2013/SMP-ERAF), nosūtīt CFLA iepirkuma procesa norises dokumentu kopijas, t.sk. piedāvājumu kopijas (līgumu nedrīkst slēgt ātrāk par CFLA atzinuma saņemšanu).

Pielikumā: 1) Pretendentu Tehnisko piedāvājumu izvērtējums uz 5 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:



_____ I. Rantiņa

Komisijas locekļi:


_____ I. Buša


_____ S. Bringa

Sekretāre:


_____ Z. Liepiņa

Pretendentu Tehnisko piedāvājumu izvērtējums

Nr.p.k.	Prasības	Norādīt	SIA "Onemed"	SIA "A.Medical"
1. pozīcija	Tvaika sterilizators 1,5STV, 1 (vienas) durvis	Modelis, ražotājs, ražotājvalsts	Vapofix-339VSI, Belimed AG, Šveice	SC500, Matachana, Spānija, nav minēts precīzs modelis
1	Pilnīgi automātisks tvaika sterilizators paredzēts medicīnisko instrumentu sterilizācijai.		ir	ir
2	Kameras ietilpība ne mazāk par 1,5 STV (1STV 30x30x60cm)	Kameras ietilpība attiecīgajam modelim	1,5 STV	
3	Kameras tilpums ne mazāks par 110 litriem.		110	150
4	Kameras iekšējais izmērs ne mazāks par: 1) Platums: 335 mm; 2) Augstums: 335mm; 3) Dziļums: 940 mm.	Norādīt kameras iekšējos izmērus mm	335 335 940	500 500 675
5	Kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda, materiāla klase ne zemāka par AISI 316L.	Norādīt materiāla klasi	316L	316L
6	Viendurvju modelis.		standart 1	ir
7	Durvis vertikāli slidošas.		ir	ir
8	Durvju blīvēšanas metode: blīvējas ar saspiesta gaisa palīdzību.		ir	norādīta Matachana sistēma
9	Iekārtas komplektācijā gaisa kompresors.		ir	ir
10	Sterilizatoram jādarbojas no iebūvēta elektriskā tvaika ģeneratora		ir	ir
11	Tvaika ģeneratora jauda ne mazāka par 15kW.	Norādīt tvaika ģeneratora jaudu	17.4	9
12	Elektroenerģijas patēriņš ciklā ar normālu ielādi ne lielāks par 3,5kWh.		3.4	Nav dati
13	Kopējais ūdens patēriņš ciklā ar normālu ielādi ne lielāks par 100 litriem.		99	Nav dati
14	Demineralizētā ūdens patēriņš tvaika ģeneratoram ciklā ar normālu ielādi ne lielāks par 5 litriem.		4	Nav dati
15	Iekārtai un programmām jāatbilst sekojošām ES direktīvām un normatīviem standartiem: 1) CE marķējums;	Uzrādīt atbilstošus dokumentus, kur tas ir redzams		ir

Nr.p.k.	Prasības	Norādīt	SIA "Onemed"	SIA "A.Medical"
16	2) MDD 93/42EEC- Medicīnisko iekārtu direktīva;	Uzskaitīt pilnu modelim paredzēto programmu sarakstu	ir	ir
	3) EN 285 (standarts lielajiem tvaika sterilizatoriem).		ir	ir
	Sterilizācijas programmas:		ir	ir
	1) Instrumentiem t ⁰ 134° C;		ir	ir
17	2) Tekstīlam t ⁰ 134° C;	Uzskaitīt pilnu modelim paredzēto programmu sarakstu	ir	ir
	3) Gumijas izstrādājumiem t ⁰ 121° C;		ir	ir
	4) Ātrā programma t ⁰ 134° C.		ir	ir
	Testa un citas programmas:		ir	ir
18	1) Uzsildršanas un automātisks vakuuma tests	Uzskaitīt pilnu modelim paredzēto programmu sarakstu	ir	ir
	2) Automātisks vakuuma tests;		ir	ir
	3) Bowie & Dick tests.		ir	ir
19	Iekārtā integrēta drukas iekārta sterilizācijas procesa parametru dokumentēšanai.	Interfeisa modelis	ir	ir
	Interfeiss RS 485 (iespēja pievienoties) iekārtas darbības parametru pārraidei sterilizācijas informācijas sistēmā.		ir	ir
	Sterilizatora vadības panelis:		ir	ir
20	1) skārienjūtīgs, krāsains;	Interfeisa modelis	ir	ir
	2) ekrāna izmērs ne mazāks par 5'';		5,7"	norādītajā lappusē nav informācijas
	3) novietots ergonomiskā augstumā;		ir	ir
	4) viegli kopjams un dezinficējams;		ir	norādītajā lappusē nav informācijas
	5) ar iespēju izveidot dažādu pakāpju limitētas, ar paroli aizsargātas pieejas iekārtas lietotājiem;		ir	norādītajā lappusē nav informācijas
	6) darbības laikā ataino sterilizācijas ciklu gan teksta, gan grafika formā.		ir	norādītajā lappusē nav informācijas, par to, kādā veidā tiek reģistrēta informācija
21	Sterilizatora durvju blīves darbības ilgums ne mazāk par 3500 cikliem.	Ražotāja garantētais durvju blīves darbības ilgums	3500	4000

Nr.p.k.	Prasības	Norādīt	SIA "Onemed"	SIA "A.Medical"
22	Sterilizatora durvju blīvei jābūt no masīva silikona.		ir	norādīta Matachana sistēma
23	Durvju blīves maiņai jānotiek bez mehāniskas iejaukšanās - lai to nesabojātu; ar vakuuma un saspiesta gaisa palīdzību. Kamerai jābūt aprīkotai ar apakšējo plauktu un noņemamu virsējo plauktu	Apraksīt kā tiek mainīta durvju blīve	ir	nav prasītā apraksta nav sniegta prasītā informācija
24	Apakšējais plaukts izvelkams līdz 1/2 (pusei) no kameras dziļuma.		ir	nav sniegta prasītā informācija
25	Iekārtas ārējais izmērs ne lielāks par: 1) Platums: 600 mm; 2) Dziļums: 1100 mm; 3) Augstums: 1500 mm.	Minēt precīzus iekārtas ārējos izmērus	600 1100 1500	900 1009 1824
26	Ārējais apvalks izgatavots no nerūsējošā tērauda, materiāla klase ne zemāka par 304.	Norādīt materiāla klasi	304	304
27	Garantijas laiks ne mazāks par 24mēn.		ir	ir
28	Jābūt ražotāja pilnvarota servisa iespējām Latvijā	Konkrēta darbinieka sertifikāta kopija, kas apliecina, ka viņš ir apguvis attiecīgo iekārtu un ir pilnvarots to remontēt un veikt apkopes	ir	Nav pievienoti piedāvājumam, kā pretendents ir norādījis
2. pozīcija	Instrumentu pakojšanas galds	Modelis, ražotājs, ražotājvalsts	610507, Belimed AG, Šveice	73032.5, Matachana, Spānija
	Galda virsmas izmērs 2000 - 2050 x 900 mm	Minēt precīzus izmērus	2030x900	2050x800
	Metāla daļas ražotas no nerūsējošā tērauda.		ir	ir
	Galda virsma ražota no HI-MACS vai analogas masīvas akrila plāksnes ar ergonomisku lokveida izgriezumu priekšējā malā Regulējamas kājas galda līmeņošanai	Virsmas materiāla nosaukums	Hi-Macs akrila plāksne	Akrila plāksne
	Elektro-hidrauliski maināms galda augstums vismaz no 850 līdz 1050 mm robežās	Minēt precīzi augstuma mainīšanas robežas	ir	ir
	Viens 3- atvilktnu nodalījums zem galda virsmas		ir	800-1050, katalogā augstums ir norādīts sākot no 900mm
	Viens plaukts zem galda virsmas		ir	ir norāde tikai par divām atvilktnēm
			ir	ir

Nr.p.k.	Prasības	Norādīt	SIA "Onemed"	SIA "A.Medical"
	Galdā iestrādāts elektro padeves tīkls un pieslēguma vietas (lokālajam apgaismojumam, datoram, monitoram, printerim un/vai citai tehnikai)		ir	ir
	Atsevišķi montējams vertikāls rāmis ar konsoli instrumentu un darba piederumu statīvu montēšanai ar iebūvētu lokālo apgaismojumu		ir	ir
	Komplektā virs galda virsmas piestiprināms grozs darba piederumu uzglabāšanai ražots no nerūsējošā tērauda sieta.		ir	ir
	Komplektā nerūsējošā tērauda ruļļu turētājs ar griezējierīci.		ir	ir
3. pozīcija	Nerūsējošā tērauda rati pakošanas kreppapīra uzglabāšanai izklātā veidā	Modelis, ražotājs, ražotājvalsts	610908, Belimed AG, Šveice	73084.8, Matachana, Spānija
	Paredzēts papīram izmērā līdz 1200 x 1200 mm		ir	ir
	Vismaz 4 papīra turētāji	Norādīt turētāju skaitu	4	4
	Skavas papīra fiksēšanai turētājā		ir	ir
	Plaukts zem turētājiem		ir	ir
	Rati ar 4 riteņiem, diametrā vismaz 75mm	Norādīt riteņu diametru	75	80
	Vismaz divi riteņi grozāmi un aprīkoti ar bremzēm		ir	ir
	Virsmas riteņiem gumijas materiāla stiprinājumi prettreciena aizsardzībai		ir	ir
4. pozīcija	Nerūsējošā tērauda rati standarta instrumentu grozu pārvietošanai	Modelis, ražotājs, ražotājvalsts	610901, Belimed AG, Šveice	85040.3, Matachana, Spānija
	Divi plaukti		ir	ir
	Galda izmēri ne mazāki par 800x500x950h	Norādīt precīzus izmērus	ir	1195x695x975
	Plauktu virsmas noņemamas		ir	norādītajā lpp. par to nav informācijas
	Katra plaukta kravnesība ne mazāka par 50kg	Norādīt kravnesību kg	60	50
	Rati ar 4 riteņiem, diametrā vismaz 125mm		125	125
	Vismaz divi riteņi grozāmi un aprīkoti ar bremzēm	Norādīt riteņu diametru	ir	ir
5. pozīcija	Slēgti transporta rati 9 STV (1STV 30x30x60cm)	Modelis, ražotājs, ražotājvalsts	Karrel 616013, Karrel SRL/Karismedica SRL, Itālija	85087.4, Matachana, Spānija
	Izmēri 1230x630x1740H ± 50mm	Precīzi izmēri	1230x630x1740	1230x720x1505
	Izgatavota no viegla sakausējuma	Nosaukt sakausējumu	Nerūsējošs tērauds	Aodizēts alumīnijs
	2 horizontāli rokturi stumšanai vagonetes galos		ir	rokturi tikai vienā ratu pusē

Nr.p.k.	Prasības	Norādīt	SIA "Onemed"	SIA "A.Medical"
	Divas durvis ar slēdzi, durvis atverot pie vagonetes sāniem fiksejas ar magnētu		ir	nav informācijas par slēdzi
	Visapkārt pa perimetru prettīciena rāmis		ir	nav informācijas norādītajā lpp.
	Rati ar 4 riteņiem, diametrā vismaz 200mm	Norādīt riteņu diametru	200	200
	Vismaz divi riteņi grozāmi un aprīkoti ar bremzēm		ir	neprecīza informācija
5. pozīcija	Slēgti transporta rati 12 STV (1STV 30x30x60cm)	Modelis, ražotājs, ražotājvalsts	Karrel 616118, Karrel SRL/Karismédica SRL, Itālija	85086, Matachana, Spānija
	Izmēri 1230x710x1545H ± 50mm	Precīzi izmēri	1230x710x1545	1230x710x1585
	Izgatavota no viegla sakausējuma	Nosaukt sakausējumu	Nerūsējošs tērauds	Aodizēts alumīnijs
	Svars ne lielāks par 120kg	Norādīt precīzu svaru	111	nav norādīts precīzs svars
	3 ar vert.stienām norobežotas daļas 300mm platumā		ir	ir
	Katras daļas plauktu augstums ir variējams pateicoties vertikālajās virsmās esošajām slīdēm		ir	ir
	Slīdes izgatavotas no stikšķiedras		ir	analogi
	Kravnesība ir ne mazāka par 360kg	Norādīt kravnesību kg	360	380
	2 horizontāli rokturi stumšanai vagonetes galos		ir	rokturi tikai vienā ratu pusē
	Divas durvis ar slēdzi, durvis atverot pie vagonetes sāniem fiksejas ar magnētu		ir	nav informācijas par slēdzi
	Visapkārt pa perimetru prettīciena rāmis		ir	nav informācijas norādītajā lpp.
	Rati ar 4 riteņiem, diametrā vismaz 200mm	Norādīt riteņu diametru	200	200
	Vismaz divi riteņi grozāmi un aprīkoti ar bremzēm un pretputekļu blīvi		ir	ir
6. pozīcija	Statīvs ar stiprinājumu un asmenīti diviem sterilizācijas līplentņu rullīem, neslīd pa galda virsmu, ērti lietojams ar vienu roku, ar smilšu pildījumu	Modelis, ražotājs, ražotājvalsts	610545, Belimed AG, Šveice	Analogi, Itālija - nav informācijas
7. pozīcija	Statīvs ar stiprinājumu un asmenīti vienam sterilizācijas līplentņu rullim, neslīd pa galda virsmu, ērti lietojams ar vienu roku, ar smilšu pildījumu	Modelis, ražotājs, ražotājvalsts	610544, Belimed AG, Šveice	Analogi, Itālija - nav informācijas

