

Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību  
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”  
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005

**Iepirkumu procedūra**  
**„Slimnīcas gultu ar pacientu galdiņiem piegāde”**  
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/10MP

**ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU**

**03.03.2014.**

- 1. Pasūtītājs: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”** (turpmāk tekstā Slimnīca)  
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729  
adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005,  
tālr. 67399300, fakss 67392348  
„Swedbank” AS  
Konta Nr. LV92HABA0551009437916  
Kods: HABALV22
- 2. Paziņojums par līgumu (par iepirkuma procedūru)** internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Slimnīcas mājas lapā ievietots **2014. gada 18. februārī**.
- 3. Iepirkuma procedūru organizē un realizē:** ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A.Vaivodes 2014. gada 18. februāra rīkojumu Nr. 01-6/31 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas locekļi: galvenā māsa Ilze Neparte, medicīnas direktors Ivars Ūpis, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa.
- 4. Finansēšanas avots –** VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” budžeta līdzekļi.
- 5. Iepirkuma priekšmets –** slimnīcas gultu ar pacientu galdiņiem piegāde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma Pielikumā Nr. 2.
- 6. Pretendentu atlases kritēriji:**
  - 6.1.PASŪTĪTĀJS izslēdz** Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:
    - 6.1.1.** pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
    - 6.1.2.** pretendents Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
- 7. Piedāvājuma izvēles kritērijs:**

Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena, saskaņā ar finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN) būs viszemākā.

### 8. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš:**

Pretendents varēja iesniegt tikai vienu piedāvājumu (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Pielikums Nr.2) sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

Piedāvājums bija jāiesniedz līdz **2014. gada 03. martam, plkst. 11.00**, VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Dunties ielā 22, administratīvā korpusa II stāvā vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendētājam nododot to personīgi vai nosūtot pa pastu.

### 9. **Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:**

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika **2014. gada 03. martā, plkst. 11.00**, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā, Dunties ielā 22, Rīgā, Latvijā, slēgtā sanāksmē.

### 10. **Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalījās:**

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas locekļi: valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas locekļi: galvenā māsa Ilze Neparde, medicīnas direktors Ivars Ūpis, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa.

Protokolē - administratīvā biroja vecākā iepirkuma speciāliste Zane Liepiņa (03.03.2014., protokols Nr.1).

Pretendenta pārstāvji piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nepiedalījās, jo Nolikuma 12.1. punkts noteica, ka piedāvājums tiks atvērti slēgtā sanāksmē.

### 11. **Iesniegtā piedāvājuma saraksts, kurā norādīts pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:**

Nr. p. k.	Pretendents, reģ. Nr., adrese	Piedāvājuma iesniegšanas laiks, datums, Nr.	Piedāvājuma cena EUR bez PVN
1.	SIA „Segaway”, reģ. nr. 40003706270, Brīvības iela 215b-31, Rīga, LV-1039	27.02.2014., Plkst. 12.00 reģ.Nr.01-28/51	37 250.00
2.	SI „AB Medical Group Riga”, reģ. nr. 4003373297, G. Zemgala gatve 62, Rīga, LV-1039	03.03.2014., Plkst. 9.35 reģ.Nr.01-28/52	70 155.00
3.	SIA „NMS ELPA”, reģ. nr. 40003348336, Malienas iela 31-22, Rīga, LV-1079	03.03.2014., Plkst. 9.53 reģ.Nr.01-28/53	28 897.00
4.	SIA „REHATEH”, reģ. nr. 40103240889, Braslas iela 20, Rīga, LV-1084	03.03.2014., Plkst. 10.25 reģ.Nr.01-28/54	48 545.00

### 12. **Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz piedāvājumu (03.03.2014. protokols Nr.2).**

1.1.Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 15. līdz 17. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un konstatē, ka pretendentu piedāvājumu noformējums atbilst izvirzītajām prasībām un piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā. Balsojums: par – 4, pret – 0.

### 13. **Pretendenta atlases dokumentu pārbaude.**

13.1.Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumi atbilst pretendenta atlases dokumentu pārbaudei nolikuma 20. līdz 22. punktā izvirzītajām prasībām un piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”. Balsojums: par – 4, pret – 0.

#### 14. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē piedalās:

Nr. p. k.	Pretendents, reģ. Nr., adrese
1.	SIA „Segaway”, reģ. nr. 40003706270, Brīvības iela 215b-31, Rīga, LV-1039
2.	SIA „AB Medical Group Riga”, reģ. nr. 4003373297, G. Zemgala gatve 62, Rīga, LV-1039
3.	SIA „NMS ELPA”, reģ. nr. 40003348336, Malienas iela 31-22, Rīga, LV-1079
4.	SIA „REHATEH”, reģ. nr. 40103240889, Braslas iela 20, Rīga, LV-1084

Iepirkuma komisija uzsāk Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un konstatē, ka:

14.1. **SIA „Segaway”** Tehniskais piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolemj virzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 4, pret – 0.

14.2. **SIA „AB Medical Group Riga”** piedāvājumā norādītas šādas neatbilstības:

##### 1.pozīcija:slimnīcas gultas:

Produkta komplektācija un tehniskais apraksts	AB Medical Group Riga
Gultas celtspēja	no 190 līdz 200 kg
Gultas matrača platforma	4 sekcijas
Matrača platformas augstums	430 ±5mm
Matrača platformas slīpuma leņķa regulācija	Manuāla, ar „pneimo” mehānismu: muguras sekcija 75°±1°, kāju sekcija 22°±1°
Gultas augstuma un 3 sekciju regulēšana	Manuāla, ar hidraulisku mehānismu no 43 ±5mm līdz 80 ±5mm
Guļvirsmas izmērs	2000 ±5mm x 880 ±5mm
Gultas ārējais izmērs	2160 ±5mm x 930 ±5mm
Gultas pagarinājums	noņemami gultas gali, matrača platformu iespējams pagarināt abās pusēs, katrā par 250 ±2mm
Pacienta celšanās atbalsta stienis	kravnesība 75 kg
Pacienta celšanās atbalsta stieņa trijstūrveida atbalsta iekare	ergonomisks trijstūris, kravnesība 75 kg

##### 2.pozīcija: Slimnīcas pacientu gultas skapītis

Produkta komplektācija un tehniskais apraksts	AB Medical Group Riga
Galdiņa virsmas pamata platformas izmērs	garums 620±3mm platums 490 ±3mm
Galdiņa augstums	730 ±3mm
Atvilkne	divpusēji lietojama, atverama no abām pusēm
Plaukts	viena šķērsdalījuma sekcija
Galdiņa durvis	divpusēji lietojama, atverama no abām pusēm
Galdiņa durvju stiprinājuma mehānisms	eņģu mehānisms ar 185° ±3mm atvēršanu
Galdiņa papildvirsmas platforma	ABS termoplastika ar uz augšu uzliktām 3±1mm visām malām
Galdiņa papildvirsmas platformas izmērs	garums 620±3mm platums 490 ±3mm
Galdiņa papildvirsmas platformas rotācija	rotācija 185°±3mm
Galdiņa papildvirsmas	manuāla, augstums no

platformas stiprinājuma konstrukcijas pacelšana un nolaišana	900mm±3mm līdz 1100mm±3mm	670mm±3mm līdz 1070mm±3mm
--	---------------------------	---------------------------

Iepirkuma komisija nolemj, ka SIA „AB Medical Group Riga” Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 4, pret – 0.

14.3. **SIA „NMS ELPA”** piedāvājumā norādītas šādas neatbilstības:

**1.pozīcija:slimnīcas gultas:**

Produkta komplektācija un tehniskais apraksts	NMS ELPA	
Matrača platformas slīpuma leņķa regulācija	Manuāla, ar „pneimo” mehānismu: muguras sekcija 75°±1°, kāju sekcija 22°±1°,	Neatbilst kāju sekcija 37°±1°
Guļvirsmas izmērs	2000 ±5mm x 880 ±5mm	Neatbilst 2000 ±5mm x 850 ±5mm
Gultas ārējais izmērs	2160 ±5mm x 930 ±5mm	Neatbilst 2150 ±5mm x 970 ±5mm

**2.pozīcija: slimnīcas pacientu gultas skapītis:**

Produkta komplektācija un tehniskais apraksts	NMS ELPA	
Galdiņa konstrukcija	konstrukcijā integrēti 2 gab.1,5L ūdens PET pudeļu turētāji	Neatbilst konstrukcijā integrēti 2 gab. 2L ūdens PET pudeļu turētāji
Galdiņa virsmas pamata platformas izmērs	garums 620±3mm platums 490 ±3mm	Neatbilst garums 560±3mm platums 410 ±3mm
Galdiņa augstums	730 ±3mm	Neatbilst 840 ±3mm
Galdiņa durvju stiprinājuma mehānisms	eņģu mehānisms ar 185° ±3mm atvēršanu	Neatbilst eņģu mehānisms ar 110° ±3mm atvēršanu
Galdiņa papildvirsmas platformas izmērs	garums 620±3mm platums 490 ±3mm	Neatbilst garums 660±3mm platums 430 ±3mm
Galdiņa papildvirsmas platformas stiprinājuma konstrukcijas pacelšana un nolaišana	manuāla, augstums no 900mm±3mm līdz 1100mm±3mm	Neatbilst manuāla, augstums no 780mm±3mm līdz 1180mm±3mm
Riteņi ar drošības bamperi katrā gultas stūrī (4 gabali)	4 dubultriteņi, Ø 50mm, ar horizontālu stūru „riņķi” ar augstu lietošanas intensitāti un triecienu izturību.	Neatbilst dubultriteņi, Ø 65mm, ar horizontālu stūru „riņķi” ar augstu lietošanas intensitāti un triecienu izturību.

Iepirkuma komisija nolemj, ka SIA „NMS ELPA” Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 4, pret – 0.

14.4. **SIA „REHATEH”** piedāvājumā norādītas šādas neatbilstības:

**1.pozīcija:slimnīcas gultas:**

Produkta komplektācija un tehniskais apraksts	REHATEH	
Matrača platformas augstums	430 ±5mm	atbilst
Matrača platformas slīpuma leņķa regulācija	Manuāla, ar „pneimo” mehānismu: muguras sekcija 75°±1°, kāju sekcija 22°±1°,	Neatbilst kāju sekcija 45°±1°
Guļvirsmas izmērs	2000 ±5mm x 880 ±5mm	Neatbilst 2000 ±5mm x 900 ±5mm
Gultas ārējais izmērs	2160 ±5mm x 930 ±5mm	Neatbilst 2140 ±5mm x 950 ±5mm

**2.pozīcija:slimnīcas pacientu gultas skapītis:**

Produkta komplektācija un tehniskais apraksts	REHATEH	
Galdiņa virsmas pamata platformas izmērs	garums 620±3mm platums 490 ±3mm	Neatbilst garums 545±3mm platums 450 ±3mm
Galdiņa augstums	730 ±3mm	Neatbilst 880 ±3mm
Galdiņa papildvirsmas platformas izmērs	garums 620±3mm platums 490 ±3mm	Neatbilst garums 545±3mm platums 450 ±3mm

Iepirkuma komisija nolemj, ka SIA „REHATEH” Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 4, pret – 0.

### 15. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

15.1. Iepirkuma komisija veica pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanu:

Nr. p. k.	Pretendents, reģ. Nr., adrese	Piedāvājuma cena EUR bez PVN
1.	SIA „Segaway”, reģ. nr. 40003706270, Brīvības iela 215b-31, Rīga, LV-1039	37 250.00

15.2. Iepirkuma komisija Finanšu piedāvājumā pārbauda aritmētiskās kļūdas un tādas nekonstatē.

16. Iepirkuma komisija:

16.1. nolēma atzīt SIA „Segaway” par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, jo tā piedāvājums un kvalifikācija atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un piedāvājums ir ar vizzemāko cenu - kopējā iepirkuma summa **37 250.00 EUR bez PVN**.

16.2. saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 23. punktu, pārliecinās, vai SIA „Segaway” nav izslēdzams no iepirkuma procedūras saskaņā ar PIL 8<sup>2</sup> panta (5) daļas nosacījumiem, un konstatē, ka pretendentam nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem.

17. **Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu:**

17.1. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Segaway” par kopējo summu **37 250.00 EUR bez PVN**.

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: \_\_\_\_\_ I. Rantiņa

Komisijas locekļi: \_\_\_\_\_ I. Ūpis

\_\_\_\_\_ I. Nепarte

Vecākā iepirkumu speciāliste: \_\_\_\_\_ Z. Liepiņa