



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA

Duntes ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr.40003410729

Tālrinis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: tos@tos.lv, www.tos.lv

Rīgā,
19.12.2014. Nr. 01-28.1/1447

Pretendentiem

Par atklātu konkursu

*„Augšstilba kaula proksimālās daļas
intramedullāro bloķējamo stieņu ar sastāvdaļām
piegāde”*

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” atklāta konkursa „Augšstilba kaula proksimālās daļas intramedullāro bloķējamo stieņu ar sastāvdaļām piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/20K, iepirkuma komisija informē, ka š.g. 17. decembrī ir saņēmusi vēstuli ar pretendenta uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem komisija sniedz šādas atbildes:

1. jautājums:

„(..) lūdzu sīkāk paskaidrot, ar kādiem starptautiskiem kodiem tiek identificēts tehniskās specifikācijas punktā 1.1 minēto materiālu sakausējums (Titāns 87%, Alumīnijs 6 %, Niobijs 7 %). Kāda veida klīniskie dokumenti ir jāiesniedz??”

Atbilde:

Tehniskajā specifikācijā norādītais implanta materiāla sakausējums Titāns 87%, Alumīnijs 6%, Niobijs 7% ir iekļauts šādos standartos: ISO 5832-11 - Starptautiskā Standartizācijas Organizācija (International Organisation of standartization) un ASTM F 1295 Amerikas materiālu un testēšanas biedrība (American Society of materials and testing). Pretendenta piedāvājumā jānorāda atsauces no starptautiskiem medicīnas izdevumiem (klīniskie dokumenti), par augstāk minētā sakausējuma klīnisku pielietošanu tā ražotajos implantos, atbilstoši nolikuma prasībām.

2. jautājums:

„(..) lūdzu, demonstrējiet attēlu ar punktā 1.5 un 1.6. minēto ierīci”.

Atbilde:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 17.panta pirmo daļu, tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrās. Savukārt, atbilstoši minētā likuma 17.panta ceturtajai daļai, tehniskās specifikācijas ir sagatavotas kā funkcionālās prasības bez norādes uz kādu konkrētu ražotāju. Līdz ar to, tehniskās specifikācijas nav izstrādātas vadoties no viena ražotāja specifikācijas, bet atbilstoši valsts SIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" prasībām un vajadzībām, vienlaicīgi nodrošinot konkurences apstākļus pretendentu starpā un iespēju piedāvāt dažādu ražotāju izstrādājumus. Ņemot vērā iepriekš minēto, valsts SIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" rīcībā nav un nevar būt attēlu, kurus Jūs prasāt demonstrēt.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

I. Rantiņa

Liepīņa 67399248