



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA

Duntes ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr.40003410729

Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: tos@tos.lv, www.tos.lv

Rīgā,
19.01.2015. Nr. 01-28.1/87

Pretendentiem

Par iepirkuma procedūru

*„Lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu
implantu piegāde”*

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” iepirkuma procedūras „Lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu implantu piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/3MP, iepirkuma komisija informē, ka š.g. 15. janvārī ir saņēmusi vēstuli ar pretendenta uzdoto jautājumu, uz kuru komisija sniedz šādu atbildi:

1. jautājums:

„(..) tehniskās specifikācijas II daļā vienkopus ar tradicionālā dizaina bloķējošām plāksnēm ir iekļauta unikāla osteosintēzes plāksne, kurai jābūt saderīgai ar 3,5 mm skrūvēm ar mainīgu fiksācijas leņķi (4. pozīcija. Proksimālā L formas tībljas plāksne). Tāda prasība rada nevienlīdzīgus apstākļus piegādātājiem un iespēja piedalīties iepirkuma procedūrā tiek liegta vairākiem pretendentiem, tādejādi būtiski sašaurinot iespējamo pretendentu loku. Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzu, II daļas 4. pozīcijā norādīto plāksni izdalīt atsevišķā iepirkuma daļā, radot iespēju standartizēta dizaina bloķējošās plāksnes un skrūves piedāvāt lielākam skaitam pretendentu”.

Atbilde:

Attiecībā uz nevienlīdzīgiem apstākļiem, mēs uzskatām, ka minētās prasības ir vienādas visiem un tās neatšķiras atkarībā no pretendenta, tāpēc nav pamata apgalvot, ka kāds pretendents tiktu diskriminēts.

Attiecībā uz iespējamo pretendentu loka sašaurināšanu, vēlamies norādīt, ka Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 2013.gada 18.decembra rīcības sēdes lēmumā lietā SKA-1033/2013 ir noteicis, ka Publisko iepirkumu likuma 17.panta pirmās daļas piemērošanā ir jāņem vērā, ka likums izslēdz tikai nepamatotus, nevis jebkurus ierobežojumus konkurencei. Līdz ar to fakts, ka prasība ierobežo kāda noteikta piegādātāja iespējas piedalīties attiecīgajā iepirkuma procedūrā, automātiski neliecina, ka prasība nepamatoti ierobežo konkurenci.

Mūsaprāt, iepirkuma 2. daļas tehniskajā specifikācijā noteiktā prasība par tradicionālā dizaina bloķējošo plāksņu atrašanos vienā daļā vienkopus ar osteosintēzes plāksni, kura apvieno gan tradicionālā dizaina skrūvju bloķēšanu plāksnē, gan bloķēšanu plāksnē skrūves ar mainīgu ievades leņķi ir objektīvi pamatota un ir svarīga konkrētu lūzumu efektīvai un biomehāniski pamatotai osteosintēzes operācijai.

Iepirkuma 2. daļā mums ir nepieciešama vienota plāksņu un skrūvju sistēma, kuras elementi ir savstarpēji saderīgi, proti, plāksnes ir saderīgas ar pieprasītajām bloķējamām skrūvēm. Pieprasītās plāksnes ir paredzētas dažādiem anatomiskiem reģioniem sakarā ar ko mainās to dizains, kā arī pielietoto skrūvju diametri.

Augstākminētās vajadzības izriet no nepieciešamības risināt dažāda veida apakšējās ekstremitātes lūzumus ar visatbilstošākiem osteosintēžu – plāksņu un skrūvju risinājumiem,

kuri ir savstarpēji saderīgi un pretendenta piedāvātais ražotājs tos ir testējis un ar konkrētām ķirurģiskās tehnikas brošūrām demonstrē to drošu un prognozējamu lietošanu šāda veida operācijās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija neredz objektīvu pamatojumu tehniskās specifikācijas grozījumiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



I. Rantiņa

Liepiņa 67399248