

Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005

Iepirkuma procedūras
„Ķirurģiskā šuvju materiāla piegāde”,
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/43MP

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

2015. gada 15. janvārī.

- 1. Pasūtītājs: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”** (turpmāk tekstā Slimnīca)
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729
adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005,
tālr. 67399300, fakss 67392348
„Swedbank” AS, Konta Nr. LV92HABA0551009437916, Kods: HABALV22
- 2. Paziņojums par līgumu (par iepirkuma procedūru)** internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Slimnīcas mājas lapā ievietots **29/12/2014.**
- 3. Iepirkuma procedūru organizē un realizē:** ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2014. gada 29.decembra rīkojumu Nr. 01-6/158 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, komisijas locekļi: ķirurģisko operāciju nodaļas vadītāja Ilga Bulāne, aptiekas un apgādes nodaļas vadītāja Inga Gūtmane, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa.
- 4. Finansēšanas avots** – VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” budžeta līdzekļi.
- 5. Iepirkuma priekšmets** – ķirurģiskā šuvju materiāla piegāde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma pielikumā Nr. 2.
- 6. Pretendentu atlases kritēriji:**
 - 6.1.PASŪTĪTĀJS izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:
 - 6.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
 - 6.1.2. pretendents Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.
- 7. Piedāvājuma izvēles kritērijs:**

Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena, saskaņā ar finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN) ir viszemākā.
- 8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājumu derīguma termiņš:**

Pretendents varēja iesniegt tikai vienu piedāvājumu (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Pielikums Nr.2) sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz **2015. gada 12. janvārim plkst. 11.00** VSIA

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Duntē ielā 22, Rīga, LV-1005, administratīvā korpusa II stāvā, vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendents ierodoties personīgi vai pa pastu.

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika **2015. gada 12. janvārī, plkst. 11.00**, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā, Duntē ielā 22, Rīgā, Latvijā, slēgtā sanāksmē.

10. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalījās:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja - iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, ķirurģisko operāciju nodaļas vadītāja Ilga Bulāne, aptiekas un apgādes nodaļas vadītāja Inga Gūtmane, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa.

Protokolē - administratīvā biroja vecākā iepirkuma speciāliste Zane Liepiņa (12.01.2015. protokols Nr.1).

Pretendenta pārstāvji piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nepiedalījās, jo Nolikuma 12.1. punkts noteica, ka piedāvājums tiks atvērti slēgtā sanāksmē.

11. Iesniegtā piedāvājuma saraksts, kurā norādīts pretendenta nosaukums un piedāvātā cena:

Piedāvājuma cena EUR bez PVN iepirkuma priekšmeta daļā	Pretendents			
	SIA „Medeksperts”	Johnsons&Johnson AB Latvijas filiāle	SIA „B.Braun Medical”	SIA „LATMED – PRO”
1.	4772.10	11582.64	9421.80	4390.05
2.	1561.20	5628.96	1312.80	-
3.	486.00	706.68	356.10	-
4.	-	245.52	61.20	-
5.	1047.50	1959.60	916.00	600.00
6.	21045.00	32445.36	21878.90	14 151.12
7.	-	614.88	320.40	-

12. Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz piedāvājumu (15.01.2015. protokols Nr.2).

12.1. Iepirkuma komisija konstatēja, ka visu pretendentu piedāvājumu noformējums atbilst izvirzītajām prasībām un piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā.

13. Pretendenta atlases dokumentu pārbaude.

13.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka visu pretendentu piedāvājumi atbilst pretendentu atlases dokumentu pārbaudei nolikuma 19. līdz 20. punktā izvirzītajām prasībām un piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”.

14. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

14.1. Iepirkuma komisija uzsāk Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un konstatē, ka:

14.1.1. **SIA „Medeksperts”** piedāvājums visās piedāvātajās (1., 2., 3., 5., 6.) iepirkuma priekšmeta daļās atbilst tehnisko specifikāciju prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.

14.1.2. Johnsons&Johnson AB Latvijas filiāle:

14.1.2.1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – neatbilst, jo:

14.1.2.1.1. 1. pozīcija - adata 3/8 vietā 1/2;

14.1.2.1.2. 2. pozīcija – adata 3/8 vietā 1/2 un 40 cm vietā 48.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un iepirkuma priekšmeta 1. daļā netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.

14.1.2.2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – neatbilst, jo:

14.1.2.2.1. 1. pozīcija – diega biezuma 2, vietā 0;

- 14.1.2.2.2. 2. pozīcija – adatas izmēra 25 cm vietā 22;
- 14.1.2.2.3. 5. pozīcija – adata nav pastiprinātas cietības.
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un iepirkuma priekšmeta 2. daļā netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.
- 14.1.2.3. Iepirkuma priekšmeta 3. daļa – atbilst. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.
- 14.1.2.4. Iepirkuma priekšmeta 4. daļa – neatbilst, jo diega sastāvs -poliestera vietā poliamīds, struktūra-daudzšķiedru vietā viensšķiedras, platums -4mm vietā 3mm, garums 75cm vietā 70cm. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un iepirkuma priekšmeta 4. daļā netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.
- 14.1.2.5. Iepirkuma priekšmeta 5. daļa – neatbilst, jo:
- 14.1.2.5.1. 1. pozīcija – diega garums: 90cm vietā 75cm;
- 14.1.2.5.2. 2.,3.pozīcija - 70cm vietā 45cm;
- 14.1.2.5.3. 4.pozīcija - adatas izmērs 15mm vietā 13mm;
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un iepirkuma priekšmeta 5. daļā netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.
- 14.1.2.6. Iepirkuma priekšmeta 6. daļa – neatbilst, jo:
- 14.1.2.6.1. 8. pozīcija – diega 3/0 vietā 4/0;
- 14.1.2.6.2. 10.pozīcija - diega 5/0 vietā 4/0.
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un iepirkuma priekšmeta 6. daļā netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.
- 14.1.2.7. Iepirkuma priekšmeta 7. daļa – atbilst. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.
- 14.1.3. **SIA „B.Braun Medical”:**
- 14.1.3.1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – atbilst. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā;
- 14.1.3.2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – atbilst. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2.daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.
- 14.1.3.3. Iepirkuma priekšmeta 3. daļa – atbilst. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.
- 14.1.3.4. Iepirkuma priekšmeta 4. daļa – atbilst. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.
- 14.1.3.5. Iepirkuma priekšmeta 5. daļa – neatbilst, jo:
- 14.1.3.5.1. 1. pozīcija – diega garums: 90cm vietā 75cm;
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un iepirkuma priekšmeta 5. daļā netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.
- 14.1.3.6. Iepirkuma priekšmeta 6. daļa – neatbilst, jo:
- 14.1.3.6.1. 3. pozīcija – diega garums: 90cm vietā 70cm;
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un iepirkuma priekšmeta 6. daļā netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.

14.1.3.7. Iepirkuma priekšmeta 7. daļa – atbilst. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7. daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.

14.1.4. SIA „LATMED – PRO” piedāvājums visās piedāvātajās (1., 5., 6.) iepirkuma priekšmeta daļās atbilst tehnisko specifikāciju prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.

15. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

15.1. Iepirkuma komisija uzsāk pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanu:

Piedāvājuma cena EUR bez PVN iepirkuma priekšmeta daļā	Pretendents			
	SIA „Medeksperts”	Johnsons&Johnson AB Latvijas filiāle	SIA „B.Braun Medical”	SIA „LATMED – PRO”
1.	4772.10	-	9421.80	4390.05
2.	1561.20	-	1312.80	-
3.	486.00	706.68	356.10	-
4.	-	-	61.20	-
5.	1047.50	-	-	600.00
6.	21045.00	-	-	14 151.12
7.	-	614.88	320.40	-

15.2. Iepirkuma komisija Finanšu piedāvājumā nekonstatē aritmētiskās kļūdas.

16. Iepirkuma komisija:

16.1. nolēma atzīt šādus pretendentes, kuriem būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, jo to piedāvājums un kvalifikācija atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un piedāvājumi ir ar viszemāko cenu:

16.1.1. Iepirkuma priekšmeta I daļa – SIA „LATMED – PRO” par kopējo cenu 4390.05 EUR bez PVN.

16.1.2. Iepirkuma priekšmeta II daļa – SIA „B.Braun Medical” par kopējo cenu 1312.80 EUR bez PVN.

16.1.3. Iepirkuma priekšmeta III daļa – SIA „B.Braun Medical” par kopējo cenu 356.10 EUR bez PVN.

16.1.4. Iepirkuma priekšmeta IV daļa – SIA „B.Braun Medical” par kopējo cenu 61.20 EUR bez PVN.

16.1.5. Iepirkuma priekšmeta V daļa – SIA „LATMED – PRO” par kopējo cenu 600.00 EUR bez PVN.

16.1.6. Iepirkuma priekšmeta VI daļa – SIA „LATMED – PRO” par kopējo cenu 14 151.12 EUR bez PVN.

16.1.7. Iepirkuma priekšmeta IV daļa – SIA „B.Braun Medical” par kopējo cenu 320.40 EUR bez PVN.

Kopējā līguma cena 21 191.67 EUR bez PVN.

16.2. saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 21. punktu, pārliecinās, vai SIA „LATMED – PRO” un SIA „B.Braun Medical” nav izslēdzami no iepirkuma procedūras saskaņā ar PIL 8² panta (5) daļas nosacījumiem, un konstatē, ka pretendentiem nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem.

17. Pretendentu nosaukumi, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumus:

17.1.1. Iepirkuma priekšmeta I daļa – SIA „LATMED – PRO” par kopējo cenu 4390.05 EUR bez PVN.

17.1.2. Iepirkuma priekšmeta II daļa – SIA „B.Braun Medical” par kopējo cenu 1312.80 EUR bez PVN.

- 17.1.3. Iepirkuma priekšmeta III daļa – SIA "B.Braun Medical" par kopējo cenu 356.10 EUR bez PVN.
- 17.1.4. Iepirkuma priekšmeta IV daļa – SIA „B.Braun Medical” par kopējo cenu 61.20 EUR bez PVN.
- 17.1.5. Iepirkuma priekšmeta V daļa – SIA „LATMED – PRO” par kopējo cenu 600.00 EUR bez PVN.
- 17.1.6. Iepirkuma priekšmeta VI daļa – SIA „LATMED – PRO” par kopējo cenu 14 151.12 EUR bez PVN.
- 17.1.7. Iepirkuma priekšmeta IV daļa – SIA „B.Braun Medical” par kopējo cenu 320.40 EUR bez PVN.
- Kopējā līguma cena 21 191.67 EUR bez PVN.

18. Lēmuma pārsūdzēšana: Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.²panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma 188. panta noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: _____ I. Rantiņa

Komisijas locekļi: _____ I. Bulāne

_____ I. Gūtmane

_____ Z. Liepiņa