

Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005

Iepirkuma procedūras
„Lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu implantu piegāde”,
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/9MP

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

2015. gada 06. martā, plkst. 15.00

- Pasūtītājs: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”** (turpmāk tekstā Slimnīca)
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729
adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005,
tālr. 67399300, fakss 67392348
„Swedbank” AS, Konta Nr. LV92HABA0551009437916, Kods: HABALV22
- Paziņojums par līgumu (par iepirkuma procedūru)** internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Slimnīcas mājas lapā ievietots **2015. gada 06. februārī**.
- Iepirkuma procedūru organizē un realizē:** ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2015. gada 03. februāra rīkojumu Nr. 01-6/27 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, komisijas locekļi: medicīnas direktors Ivars Ūpis, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītājas vietniece Sandra Bringa, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa.
Eksperts: Traumatoloģijas centra (5.nodaļa) vadītājs Māris Zambrāns
- Finansēšanas avots** – VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” budžeta līdzekļi.
- Iepirkuma priekšmets** – lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu implantu piegāde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma pielikumā **Nr. 2**.
Iepirkuma priekšmetam ir 2 (divas) daļas:
I daļa – apakšstilba un augšstilba kaulu fragmentu mediālās un laterālās osteotomijas titāna bloķējamās kompresijas plāksnes un to skrūves;
II daļa – apakšstilba un augšstilba kaulu fragmentu nerūsējošā tērauda osteosintēzes plāksnes un to skrūves.
- Pretendentu atlases kritēriji:**
 - PASŪTĪTĀJS** izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:
 - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
 - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
- Piedāvājuma izvēles kritērijs:**
Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura piedāvājums būs visizdevīgākais - kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un

kura kopējā piedāvājuma cena attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, saskaņā ar finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) būs viszemākā.

8. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš:**

Pretendents piedāvājumu varēja iesniegt par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām, pilnā apjomā un vienā variantu, sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā līdz 2015. gada 17. februārim plkst. 13.00.

9. **Protokols Nr. 1- 17.02.2015.** Iepirkuma komisija atver pretendentu finanšu piedāvājumus un nosauc piedāvājumu cenas katrā iepirkuma priekšmeta daļā bez PVN:

Nr. p. k.	Pretendents, reģ. Nr., adrese	Piedāvājuma cena EUR bez PVN iepirkuma priekšmeta	
		I daļa	II daļa
1.	Syntrade OY	5872.95	33 334.67
2.	SIA „LATMED – PRO”	3865.00	9 244.24

10. **Protokols Nr. 2- 24.02.2015.**

10.1. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendentu piedāvājumu noformējums atbilst izvirzītajām prasībām un piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā.

10.2. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumi atbilst pretendentu atlases dokumentu pārbaudei nolikuma 19. līdz 20. punktā izvirzītajām prasībām un piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”.

10.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē piedalās:

Nr. p. k.	Pretendents, reģ. Nr., adrese
1.	Syntrade OY, reģ. nr. 2532909-9, Sipoonranta 10 B 1, FI-01120, Vasterskog, Somija.
2.	SIA „LATMED – PRO”, reģ. nr. 40002051533, Slokas iela 79A, Rīga, LV-1007

10.4. Iepirkuma komisija uzsāk Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un konstatē, ka:

10.4.1. **Syntrade OY** piedāvājums:

10.4.1.1. Iepirkuma priekšmeta I daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām;

10.4.1.2. Iepirkuma priekšmeta II daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka Syntrade OY Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta I un II daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.

10.4.2. **SIA „LATMED – PRO”**

10.4.2.1. Iepirkuma priekšmeta I daļā:

10.4.2.1.1. 1.pozīcijā – nav informācijas par plāksnei – papildus pievienojamo distanceri, pareizai pozicionēšanai. Iepirkuma komisija nolemj lūgt papildus informāciju - iesniegt katalogu vai citu uzskates materiālu, kas apliecinātu minētās prasības (nolikuma pielikuma Nr.2 punkts 1.4.) atbilstību.

10.4.2.1.2. 2.pozīcija - elektr. katalogā nav skrūvju garuma 75 un 80mm, elektr. katalogā nav arī garumu 55 un 65mm, piedāvāts 54/56; 64/66)), no 60-80mm garumam nav 5mm kāpe, nav informācijas par heksagonālās atveres izmēru – 3,5 mm. Iepirkuma komisija nolemj lūgt papildus informāciju, klāt pievienojot ražotāja apliecinājumu.

10.4.2.1.3. 3. pozīcija - nav informācijas par heksagonālās atveres izmēru – 3,5 mm.

Tā kā visa daļa bija jāpiedāvā kopā un ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmeta I daļas 2.pozīcija neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, lai atviegloti pretendenta administratīvos resursus, iepirkuma komisija nolēma neprecizēt 1. un 3. pozīcijas parametrus.

Iepirkuma komisija nolemj lūgt papildus informāciju, klāt pievienojot ražotāja apliecinājumu.

Iepirkuma komisija nolemj lūgt iesniegt minēto informāciju 7 (septiņu) dienu laikā (ja objektīvu iemeslu dēļ, nepieciešams ilgāks termiņš dokumentu sagatavošanā, par to informēt iepirkuma komisiju), adresējot tos iepirkuma procedūras komisijai.

10.4.2.2. Iepirkuma priekšmeta II daļā:

10.4.2.2.1. 1.pozīcijā – nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam tērauda sakausējumam, nav informācijas par to, ka plāksnei ir jābūt savienojamai ar minimāli invazīvu implantācijas sistēmu, kur proksimālās skrūves – femura diafīzē ir iespējams ievadīt ar speciālu Rtg caurlaidīgu skrūvju vadītāju, nav informācijas, ka instrumentārijā ir skrūvju vadītājs vairākām skrūvēm – kas stiprinās pie plāksnes distālā gala, elektroniskajā katalogā kombinēto skrūvju atveres plāksnes proksimālā daļā nav ar 5 atverēm.

10.4.2.2.2. 2.pozīcijā - nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam tērauda sakausējumam. Nav informācijas par:

- a) Ērtākai plāksnes fiksācijai proksimālā daļā, jābūt pieejamam 4 bloķējošo skrūvju vadītājam;
- b) Plāksnei jābūt savienojamai ar minimāli invazīvu implantācijas sistēmu, kur distālās skrūves – tibijas diafīzē ir iespējams ievadīt ar speciālu Rtg caurlaidīgu skrūvju vadītāju.
- c) plāksnes garums –no 140 mm līdz 220 mm,

10.4.2.2.3. 3.pozīcijā – nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam tērauda sakausējumam, elektron. katalogā nepiedāvā 75-90mm garumu, elektr katalogā pieaugums ir 2 mm, tehniskajā piedāvājumā - 5mm;

10.4.2.2.4. 4.pozīcijā - nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam tērauda sakausējumam, virzienā uz leju plāksne pāriet mazkontakta kompresijas plāksnē ar kombinētām skrūvju atverēm – **neatbilst**, jo nepiedāvā kombinēto skrūvju atveres, saskaņā ar piedāvājumam klāt pievienoto kopiju no kataloga www.smitmedimed.com 3. Lpp. (19) pirmo attēlu CAT.NO: S502ZL.

Nav informācijas par:

- a) Vai plāksne ir savienojama ar minimāli invazīvu implantācijas sistēmu, kur distālās skrūves – apakšstilba diafīzē ir iespējams ievadīt ar speciālu Rtg caurlaidīgu skrūvju vadītāju;
- b) garumu no 117 līdz 177 mm.

10.4.2.2.5. 5.pozīcijā – nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam tērauda sakausējumam;

10.4.2.2.6. 6.pozīcijā - nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam tērauda sakausējumam, saderība ar visām sekojošām plāksnēm (2. daļas 4. 5. un 9. pozīcijas) - II daļas 4,5 un 9 pozīcijas ir no cita ražotāja, tādēļ, lai apstiprinātu saderību nepieciešamas gan šīs plāksnes, gan 3.5mm bloķējošās skrūves no viena ražotāja, Tehniskajā piedāvājumā garums ir no 14 mm līdz 75mm, bet elektroniskajā katalogā, arī bukletā garums līdz 60mm.

Nav informācijas par:

- a) serdeņa diametru – 2,9 mm;
- b) heksagonālās atveres izmēru – 2,5 mm.

10.4.2.2.7. 7.pozīcijā – nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam tērauda sakausējumam;

10.4.2.2.8. 8. pozīcija - nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam tērauda sakausējumam, saderība ar pieprasīto plākšņu 5.0 mm bloķējošo skrūvju atverēm - II daļas 1., 2. un 7. pozīciju plāksnes ir piedāvātas no citām ražotāju

firmām, lai pārliecinātos par saderību nepieciešami gan plākšņu, gan stieplu turētāja paraugi.

10.4.2.2.9. 9. pozīcija - nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam tērauda sakausējumam, 3.5 un 5.0 mm bloķējošās skrūves ir no cita ražotāja, lai pārliecinātos par saderību nepieciešami gan plākšņu, gan skrūvju paraugi.

Tā kā visa daļa bija jāpiedāvā kopā un ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmeta II daļas 4.pozīcija neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, lai atviegloti pretendenta administratīvos resursus, iepirkuma komisija nolēma neprecizēt 1. - 4., 6., 8.,9. pozīcijas parametrus.

10.5. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka SIA „LATMED – PRO” Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta II daļā neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.

10.5.1. **06.03.2015., protokols N.r3:**

10.5.1.1. Iepirkuma komisija turpina Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un konstatē, ka SIA „LATMED – PRO” iepirkuma komisijas norādītajā laikā nav iesniegusi papildus informāciju. Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 45.pantu (2) daļu, ja pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija. Līdz ar to, iepirkuma komisija nevar pārliecināties par piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām.

10.5.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka SIA „LATMED – PRO” Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta I daļā neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.

10.6. Iepirkuma komisija uzsākt Finanšu piedāvājuma pārbaudi:

Nr. p. k.	Pretendents, reģ. Nr., adrese	Piedāvājuma cena EUR bez PVN iepirkuma priekšmeta	
		I daļa	II daļa
1.	Syntrade OY	5872.95	33 334.67

10.6.1. Iepirkuma komisija Finanšu piedāvājumā nekonstatē aritmētiskās kļūdas.

11. Iepirkuma komisija:

11.1. nolēma atzīt Syntrade OY par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, jo tā piedāvājums un kvalifikācija atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un piedāvājums ir ar viszemāko cenu:

Iepirkuma priekšmeta I daļā - **5 872.95 EUR bez PVN;**

Iepirkuma priekšmeta II daļā - **33 334.67 EUR bez PVN;**

Iepirkuma kopējā summa 39 207.62

11.2. Pārliecinās, ka Syntrade OY nav izslēdzams no iepirkuma procedūras saskaņā ar PIL 8² panta (5) daļas nosacījumiem un konstatē, ka pretendentam nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem.

12. **Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu:**

Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar Syntrade OY:

Iepirkuma priekšmeta I daļā - 5 872.95 EUR bez PVN;

Iepirkuma priekšmeta II daļā - 33 334.67 EUR bez PVN;

Iepirkuma kopējā summa 39 207.62

13. **Lēmuma pārsūdzēšana:** Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.²panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas

tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma 188.panta noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: _____ I. Rantiņa

Komisijas locekļi: _____ I. Buša

_____ S. Bringa

_____ Z. Liepiņa

Komisijas eksperts: _____ M. Zambrāns