



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
**TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA**

Dunties ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr.40003410729

Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: [tos@tos.lv](mailto:tos@tos.lv), [www.tos.lv](http://www.tos.lv)

Rīgā,  
02.06.2015. Nr. 01-28.1/436

**Pretendentiem**

*Par atklātu konkursu  
„Gūžas locītavu endoprotēžu piegāde”*

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” atklāta konkursa „Gūžas locītavu endoprotēžu piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/4K, iepirkuma komisija informē, ka š.g. 29. maijā ir saņēmusi vēstuli ar pretendenta uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem sniedz šādas atbildes:

**1. jautājums:**

„1.1.3.2 Ne mazāk kā 14 dažāda izmēra samazinātu kolodiazfīzārā leņķu („offset” jeb lateralizēta versija) femorālās komponentes ar  $121 \pm 1$  grāda un  $126 \pm 1$  grāda modifikāciju; Esošo „femorālās komponentes ar  $121 \pm 1$  grāda un  $126 \pm 1$  grāda modifikāciju”, izmainīt uz „femorālās komponentes ar  $125 \pm 2$  grāda un  $130 \pm 2$  grāda modifikāciju”.

**Atbilde:**

Skatīt 07.04.2015. grozījumus atklāta konkursa nolikumā. Citas izmaiņas netiks veiktas, jo atbilstoši Austrālijas un Čehijas artroplastikas reģistriem, punktā 1.1.3.2. norādītie tehniskie parametri ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē implanta ilgdzīvi pēc ievietošanas.

**2. jautājums:**

„2.1.2.1.Standarta, kakliņa leņķis  $135^\circ$ , ne mazāk kā 11 izmēri; Esošo „Standarta, kakliņa leņķis  $135^\circ$ , ne mazāk kā 11 izmēri”, izmainīt uz „Standarta, kakliņa leņķis no  $130^\circ$  līdz  $135^\circ$ , ne mazāk kā 11 izmēri”.

**Atbilde:**

Nolikuma 2.1.2.1.punktā „Standarta, kakliņa leņķis  $135^\circ$ , ne mazāk kā 11 izmēri” izmaiņas netiks veiktas, jo atbilstoši Pasūtītāja veiktajai izpētei tehniskajā specifikācijā minēto tehnisko parametru kopums bezcimenta gūžas locītavas endoprotēzei ar paaugstinātas osteointegrācijas pārklājumu, nodrošina maksimālo rezultātu un viena parametra izmaiņas var negatīvi ietekmēt protēzes ilgdzīvi.

**3. jautājums:**

„coxa vara, kakliņa leņķis  $125^\circ$ , ne mazāk kā 10 izmēri; Esošo „coxa vara, kakliņa leņķis  $125^\circ$ , ne mazāk kā 10 izmēri;”, izmainīt uz „coxa vara, kakliņa leņķis no  $120^\circ$  līdz  $125^\circ$ , ne mazāk kā 10 izmēri”.

**Atbilde:**

Nolikuma 2.1.2.2.punktā „coxa vara, kakliņa leņķis  $125^\circ$ , ne mazāk kā 10 izmēri” izmaiņas netiks veiktas, jo atbilstoši Pasūtītāja veiktajai izpētei tehniskajā specifikācijā minēto tehnisko

parametru kopums bezcementa gūžas locītavas endoprotēzei ar paaugstinātas osteointegrācijas pārklājumu, nodrošina maksimālo rezultātu un viena parametra izmaiņas var negatīvi ietekmēt protēzes ilgdzīvi.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



I. Rantiņa

Ābols 29432180

[Janis.Abols@tos.lv](mailto:Janis.Abols@tos.lv)

Pavlovs 29407817

[Normunds.Pavlovs@tos.lv](mailto:Normunds.Pavlovs@tos.lv)

Liepīņa 67399248

[Zane.Liepina@tos.lv](mailto:Zane.Liepina@tos.lv)