



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA

Dunties ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr.40003410729

Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: tos@tos.lv, www.tos.lv

Rīgā,
19.08.2015. Nr. 01-28.1/662

Pretendentiem

Par tehnisko specifikāciju

VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" (turpmāk tekstā – Slimnīca) atklāta konkursa „**Vidējo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu implantu iegāde**”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/12K, iepirkuma komisija sniedz sekojošas atbildes uz pretendenta jautājumiem par tehnisko specifikāciju:

Jautājums:

1.daļas pozīciju nr. 3 un nr. 4. apvienot un izdalīt kā atsevišķu iepirkuma daļu.

1. daļas 3. un 4.pozīcijas implantu, kuru kopskaits (5 plāksnes un 5 skrūves) uz pārējo 1.daļas implantu kopskaita (165 plāksnes un 1700 skrūves) fona ir salīdzinoši niecīgs. Minētais apstākļi sekmē monopolstāvokļa radīšanu vienam piegādātājam.

Atbilde: diemžēl 1. daļas 3. un 4. pozīcijā minētie implantu nevar tikt izdalīti kā atsevišķa iepirkuma daļa, jo ir būtiski lai tajās minētās plāksnes un augmentācijas skrūves ir saderīgas ar pārējiem 1. daļas implantiem.

Jautājums:

2.daļas pozīcijas nr. 1, 2,3., 4, 5. un nr. 6. plāksnes ļaut piedāvāt arī ar kombinētajām skrūvju atverēm.

Atbilde: 2. daļā nav paredzēts iepirkt plāksnes ar kombinētajām skrūvju atverēm, jo šādas plāksnes nepieciešamajā apjomā slimnīcā jau ir.

Jautājums:

2. daļas pozīcijā nr. 1. ļaut piedāvāt arī plāksni, kuras metafizārā daļā un „ķepiņā” paredzētas atveres 2.7 mm diametra bloķēto skrūvju ievadīšanai.

Atbilde: slimnīcā nav paredzēts vidējo kaulu fragmentu osteosintēzei pielietot cita diametra skrūves, kā tikai 3,5 mm.

Jautājums:

Vēršu jūsu uzmanību, ka 2. daļas 5. pozīcijā ir minēti divi atšķirīgi iepirkuma priekšmeti.

Atbilde: tehniskās specifikācijas 2.daļas 5.pozīcijā minētie divi atšķirīgie iepirkuma priekšmeti radušies tehniskas kļūmes pēc. Iepirkuma komisija precīzē iepirkuma priekšmeta pozīcijas:

5.1.pozīcija - Papēža kaula bloķēta osteosintēzes plāksne 3.5mm skrūvēm;

5.2. pozīcija - Anatomiski modelēta, bloķēta atslēgas kaula akromiālā gala plāksne 3.5mm skrūvēm.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

U. Zariņš

Zariņš 67399307