

Atklāta konkursa
“Sterilizācijas palīgmateriālu un dezinfekcijas līdzekļu piegāde”,
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/7K

ZIŅOJUMS

2017. gada 01. jūnijā, Rīgā, Duntes ielā 22

1. Pasūtītājs:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729
Duntes 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67399300, fakss 67392348
AS „Swedbank”, konta Nr. LV92HABA0551009437916, kods: HABALV22

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Pasūtītāja mājas lapā -17/03/2017.

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2017. gada 13. marta rīkojumu Nr. 01-6/34 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece - centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, komisijas locekļi: galvenais ārsts Uģis Zariņš, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītājas vietniece Sandra Bringa, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa.

4. Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, saskaņā ar finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN) būs viszemākā.

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Piedāvājums jāiesniedz līdz **2017. gada 07.aprīlim plkst. 11.00**, VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Duntes ielā 22, administratīvā korpusa II stāvā vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam nododot to personīgi vai nosūtīt pa pastu.

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika **2017. gada 07.aprīlī**, plkst. 11.00, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā Konferenču zālē, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā.

7. **Pretendenta nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:**
Skatīt atvēršanas sanāksmes protokola Nr. 3 pielikumā Nr.1.
8. **Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, pretendents ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena (25.04.2017. Protokols nr. 4):**
- 8.1. **Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude.**
- 8.2. Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 18. līdz 28. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un konstatēja, ka visu pretendentu piedāvājumu noformējumi atbilst izvirzītajām prasībām.
- 8.3. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu pārbaude”. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- 8.4. **Pretendentu atlases dokumentu pārbaude.**
- 8.5. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta *Atlases dokumenti* atbilst nolikuma 40. punktā izvirzītajām prasībām.
- 8.6. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- 8.7. **Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude .**
- Iepirkuma komisija uzsāk Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41. panta (8) apakšpunktu un nolikuma 52.3.punktu, nolemj lūgt iesniegt šādu informāciju:
- 8.7.1. **SIA „Arbor Medical Korporācija”:**
- a) aprobācijai preču paraugus iepirkuma priekšmeta 4.daļā “Nesterilas medicīniskās marles salvetes” 1.pozīcijai - 1 neatvērtu iepakojumu.
- b) aprobācijai preču paraugus iepirkuma priekšmeta 4.daļā “Nesterilas medicīniskās marles salvetes” 2.pozīcijai - 1 neatvērtu iepakojumu.
- c) iepirkuma priekšmeta 25. daļā “Procedūru galdiņi 2 līmeņu” pievienotajā attēlā nevienam no galdiņa riteņiem nav redzama stāvbremze. Lūdzam iesniegt šādu informāciju no ražotāja:
- 8.7.1.c.1. apliecinājumu, ka SIA „Arbor Medical Korporācija” piedāvātajam galdiņa modeļa riteņiem ir stāvbremze (divi no tiem aprīkoti ar stāvbremzi);
- 8.7.1.c.2. informācija par katra plaukta kravnesību.
- 8.7.2. **SIA “MedBalt”:**
- a) aprobācijai preču paraugus iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Nesterilas marles saites” pēc izvēles 1. vai 2. pozīcijā.
- 8.7.3. **SIA "Mediq Latvija”:**
- a) iepirkuma priekšmeta 12.daļā “Vienreizlietojamās Bowie&Dick testpakas” lūdz iesniegt ražotāja instrukciju ar precīzu krāsu maiņas interpretāciju B-D testam.
- 8.7.4. **SIA „OneMed”** iepirkuma priekšmeta 12.daļā “Vienreizlietojamās Bowie&Dick testpakas” lūdz iesniegt šādu informāciju:
- a) ražotāja instrukciju ar precīzu krāsu maiņas interpretāciju B-D testam;
- b) ražotāja informāciju, kādu sterilizācijas procesa kļūmju noteikšanai ir domāts BD testpakas indikators.
- 8.7.5. **SIA „SANTAKS”:**
- a) iepirkuma priekšmeta 13.daļā “Medicīniskā līplenta iepakojumu sastiprināšanai tvaika sterilizācijai” 1.pozīcijā “līplenta ar indikatoru” lūdz iesniegt ražotāja informācija par indikatoru – kāda ir indikatora krāsa pirms sterilizācijas un kāda tā ir pēc veiksmīgas sterilizācijas. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.8. (02.05.2017. Protokols nr. 5):

8.8.1. Iepirkuma komisija turpina Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un konstatē, ka:

- a) **SIA "MedBalt"** iesniegtie preču paraugi iepirkuma priekšmeta 2.daļā "Nesterilas marles saites" neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo katram rullītim ir savs iepakojums (Tehnisko specifikāciju prasība - satītas rullīšos bez individuālā iepakojuma). Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.8.2. **SIA „Arbor Medical Korporācija”:**

- a) iesniegtie preču paraugi iepirkuma priekšmeta 4.daļā "Nesterilas medicīniskās marles salvetes" 1.pozīcijai – atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām.
- b) iesniegtie preču paraugi iepirkuma priekšmeta 4.daļā "Nesterilas medicīniskās marles salvetes" 2.pozīcijai - atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām.
- c) iepirkuma priekšmeta 25. daļā "Procedūru galdiņi 2 līmeņu" neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo galdiņa riteņiem nav stāvbremze. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.8.3. **SIA "Mediq Latvija":**

- a) iepirkuma priekšmeta 12.daļā "Vienreizlietojamās Bowie&Dick testpakas" neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo instrukcijā nav informācijas, ka tests uzrādītu tādas kļūmes kā nekondensējošo gāzu klātbūtne un tvaika kvalitāte – mitrs vai pārkarsēts tvaiks. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.8.4. **SIA „OneMed”:**

- a) iepirkuma priekšmeta 12.daļā "Vienreizlietojamās Bowie&Dick testpakas" neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo instrukcijā nav informācijas, ka tests uzrādītu tādas kļūmes kā nekondensējošo gāzu klātbūtne un tvaika kvalitāte – mitrs vai pārkarsēts tvaiks. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.8.5. **SIA „SANTAKS”:**

- a) iepirkuma priekšmeta 13.daļā "Medicīniskā līplenta iepakojumu sastiprināšanai tvaika sterilizācijai" 1.pozīcijā "līplenta ar indikatoru", neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo krāsas maiņa ir nevis no baltas uz melnu, bet no zilas uz melnu. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.9.saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta (8) apakšpunktu un nolikuma 52.3.punktu, nolemj lūgt iesniegt šādu informāciju **SIA „SANTAKS”** aprobācijai preču paraugus iepirkuma priekšmeta 2.daļā "Nesterilas marles saites" pēc izvēles 1. vai 2. pozīcijā.. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.10. (17.05.2017. Protokols nr. 6):

8.10.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā –PIL) 53.pantu, iepirkuma komisija, vērtējot piedāvājumus, pārbauda, vai finanšu piedāvājums nav nepamatoti lēts.

8.10.2. Iepirkuma komisija konstatēja, ka iepirkuma priekšmeta 4.daļā 3.pozīcijā ir šādi piedāvājumi:

1. SIA "TZMO Latvija" – 11060.00 EUR bez PVN.
2. SIA "MedBalt" – 7800.00 EUR bez PVN.
3. SIA "Arbor Medical Korporācija" – 3380.00 EUR bez PVN.
4. SIA "Medilink" – 9360.00 EUR bez PVN.
5. SIA "OneMed" – 9260.00 EUR bez PVN.

8.11. Iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA „Arbor Medical Korporācija” piedāvājuma cena aptuveni 3 reizes ir zemāka par pārējiem piedāvājumiem iepirkuma priekšmeta 4.daļā 3.pozīcijā.

Saskaņā ar PIL 53. pantu, nolemj lūgt SIA „Arbor Medical Korporācija” detalizēti paskaidrot par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kādēļ piedāvājuma cena iepirkuma priekšmeta 4.daļā 3.pozīcijā ir tik zema un iesniegt apliecinājumu, ka līguma piešķiršanas gadījumā, tiks piegādāta prece par piedāvājumā norādīto cenu 12 mēnešus.

8.12. (18.05.2017. Protokols nr. 7):

8.12.1. Vecākā iepirkumu speciāliste Z.Liepiņa ziņo, ka 18.05.2017. saņemts fakss no SIA “Arbor Medical Korporācija”, ka iepirkuma priekšmeta 4.daļā 3.pozīcijā ir drukas kļūda, līdz ar to, pretendents atsauc piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 4.daļas 3.pozīcijā.

8.12.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj, tā kā saskaņā ar nolikuma 10.punktu piedāvājums jāiesniedz pilnā apjomā par norādītajiem preču daudzumiem, SIA “Arbor Medical Korporācija” iepirkuma priekšmeta 4.daļā neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un netiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.12.3. Iepirkuma komisija nolemj lūgt SIA „MedBalt”:

8.12.4. iesniegtie preču paraugs iepirkuma priekšmeta 4.daļā “Nesterilas medicīniskās marles salvetes” pēc izvēles 1. vai 3. pozīcijā – 1 neatvērtu iepakojumu, 2. pozīcijā – 1 neatvērtu iepakojumu. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.13. (01.06.2017. Protokols nr. 8):

8.14. Iepirkuma komisija turpina Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un apkopo visus aprobācijas rezultātus:

8.14.1. SIA “Mediq Latvija”:

- a) Iepirkuma priekšmeta 8., 18. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- b) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 12.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo instrukcijā nav informācijas, ka tests uzrādītu tādas kļūmes kā nekondensējošo gāzu klātbūtne un tvaika kvalitāte – mitrs vai pārkarsēts tvaiks. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- c) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo indikatora krāsas maiņa ir no zaļas uz melnu. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- d) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo 1.pozīcijā neatbilst garumi šādiem izmēriem: 120x300 mm (piedāvā garumu 400 mm) , 150x380 mm (piedāvā garumu 350mm), 160x340 mm (piedāvā garumu 600mm), 210x350 mm (piedāvā 205x340mm), 210 x 400 mm (piedāvā platumu 200 mm). Balsojums: par – 5, pret – 0.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai iepirkuma priekšmeta 12.,13., 16. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.14.2. SIA “Remedine”:

- a) Iepirkuma priekšmeta 10., 11., 14. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.14.3. SIA “TZMO Latvija”:

- a) Iepirkuma priekšmeta 3., 4., 5., 16 daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- b) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 17.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo:

8.14.3.b.1. materiāla svars 54.8 +/- 10% (prasīts 40 – 45g/ m²);

8.14.3.b.2. stiepes izturība ne mazāk kā 91,8% (prasīts ne mazāk kā 700%).

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai iepirkuma priekšmeta 17. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.14.4. SIA “Hygeia”:

- a) Iepirkuma priekšmeta 22. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.14.5. SIA “MEDILINK”:

- a) Iepirkuma priekšmeta 1., 3., 4., 5., 7., 8., 18., 19., 24. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.14.6. SIA „Arbor Medical Korporācija”:

- a) Iepirkuma priekšmeta 4., 7., 18., 19. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- b) iepirkuma priekšmeta 25. daļā “Procedūru galdiņi 2 līmeņu” neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo galdiņa riteņiem nav stāvbremze. Balsojums: par – 5, pret – 0.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai iepirkuma priekšmeta 25. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.14.7. SIA „Medeksperts”:

- a) Iepirkuma priekšmeta 18., 19. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- b) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16. daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo 1. pozīcijā neatbilst garumi šādiem izmēriem: 150x380 mm (piedāvā garumu 350mm), 210x350 mm (piedāvā 200x350mm), 210 x 400 mm (piedāvā 200x400), 320x500 mm (piedāvā 300x500). Balsojums: par – 5, pret – 0.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai iepirkuma priekšmeta 16. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.14.8. SIA „OneMed”:

- a) Iepirkuma priekšmeta 4., 6., 7., 8., 15., 17., 20., 21. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- b) iepirkuma priekšmeta 11. daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo piedāvātā testa ierīce nav veidota atbilstoši prasībām - testa caurule ir nevis no nerūsējošā tērauda un plastmasas, kā prasīts tehniskajās specifikācijās, bet gan teflona. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- c) iepirkuma priekšmeta 12. daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo instrukcijā nav informācijas, ka tests uzrādītu tādas kļūmes kā nekondensējošo gāzu klātbūtne un tvaika kvalitāte – mitrs vai pārkarsts tvaiks. Balsojums: par – 5, pret – 0.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai iepirkuma priekšmeta 11., 12. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.14.9. SIA „ARGOS” RFF:

- a) Iepirkuma priekšmeta 22. daļa neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, jo:
- 8.14.9.a.1. 1. pozīcijā Vituron lapā poļu valodā ir minēts hlorīds;
- 8.14.9.a.2. netiek piedāvāta 2. un 3. pozīcija. Saskaņā ar nolikuma 10. punktu, piedāvājums jāiesniedz pilnā apjomā par norādītajiem preču daudzumiem.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai iepirkuma priekšmeta 22. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.14.10. SIA „AB Medical Group Riga”:

- a) Iepirkuma priekšmeta 9., 12., 25. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.14.11. **SIA „SANTAKS”:**

- a) Iepirkuma priekšmeta 1., 2., 9., 16., 18. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- b) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 12.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo neskaidras krāsu interpretācijas - nav iespējams pēc skata noteikt problēmu, iekrāsojums vairākām kļūmēm izskatās vienāds. Izlaižot testu uz pārtraukto ciklu, indikators ir mainījies krāsu vienmērīgi, kamēr tāds pats Browne indikators uzrāda gaisa kabatas klātbūtni, ražotāja sniegtajās instrukcijās kļūmju attēlojums ne ar ko neatšķiras no veiksmīgi izieta testa. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- c) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo indikatora krāsas maiņa ir nevis no baltas uz melnu, bet no zilās uz melnu. Iepirkuma komisija konstatē, ka nav iesniegts Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 13. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai iepirkuma priekšmeta 13. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.14.12. **SIA „BRAMA”:**

- a) Iepirkuma priekšmeta 22., 23. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- b) iepirkuma priekšmeta 24.daļā 1.pozīcijā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo:
 - 8.14.12.b.1. d) punktā koncentrāta pH 20°C 3,5 (prasīts 5,5);
 - 8.14.12.b.2. Tuberkulocīds 10min.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai iepirkuma priekšmeta 24. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.14.13. **SIA „MedBalt”:**

- a) Iepirkuma priekšmeta 1., 4., 14., 18. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.
- b) iepirkuma priekšmeta 2.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo katram rullītim ir savs iepakojums (Tehnisko specifikāciju prasība - satītas rullīšos bez individuālā iepakojuma). Balsojums: par – 5, pret – 0.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai iepirkuma priekšmeta 2. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.15. **Prezentu Finanšu piedāvājumu pārbaude.**

- 8.15.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 53. pantu, iepirkuma komisija, vērtējot piedāvājumus, pārbauda, vai finanšu piedāvājums nav nepamatoti lēts.
- 8.15.2. Iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA „Arbor Medical Korporācija” piedāvājuma cena aptuveni 3 reizes ir zemāka par pārējiem piedāvājumiem iepirkuma priekšmeta 4.daļā 3.pozīcijā.
- 8.15.3. 18.05.2017. saņemts fakss no SIA “Arbor Medical Korporācija”, ka iepirkuma priekšmeta 4.daļā 3.pozīcijā ir drukas kļūda, līdz ar to, pretendents atsauc piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 4.daļas 3.pozīcijā.
- 8.15.4. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj, tā kā saskaņā ar nolikuma 10.punktu piedāvājums jāiesniedz pilnā apjomā par norādītajiem preču daudzumiem, SIA “Arbor Medical Korporācija” iepirkuma priekšmeta 4.daļā neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un netiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.15.5. Iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA "SANTAKS" nav iesniegts Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 13. daļu. Tā kā iepirkuma priekšmeta 13. daļa neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, tā netiek tālāk vērtēta.

8.15.6. Pārējos piedāvājumos aritmētiskās kļūdas nav.

8.16. **Lēmuma pieņemšana.**

8.17. Iepirkuma komisija nolēma atzīt šādus pretendentes, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jo to piedāvājumi ir saimnieciski visizdevīgākie - kvalifikācija atbilst Nolikumā norādītajām prasībām un piedāvājumi ir ar viszemāko cenu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.

8.17.1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – SIA "MedBalt" par kopējo summu 372.00 EUR bez PVN.

8.17.2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļa - SIA "SANTAKS" par kopējo summu 2040.00 EUR bez PVN.

8.17.3. Iepirkuma priekšmeta 3. daļa - SIA "TZMO Latvija" par kopējo summu 3321.50 EUR bez PVN.

8.17.4. Iepirkuma priekšmeta 4. daļa - SIA "MedBalt" par kopējo summu 18958.00 EUR bez PVN.

8.17.5. Iepirkuma priekšmeta 5. daļa - SIA "Medilink" par kopējo summu 165.00 EUR bez PVN.

8.17.6. Iepirkuma priekšmeta 6. daļa - SIA "OneMed" par kopējo summu 400.00 EUR bez PVN.

8.17.7. Iepirkuma priekšmeta 7. daļa - SIA "Medilink" par kopējo summu 3297.00 EUR bez PVN.

8.17.8. Iepirkuma priekšmeta 8. daļa - SIA "OneMed" par kopējo summu 1158.90 EUR bez PVN.

8.17.9. Iepirkuma priekšmeta 9. daļa - SIA "SANTAKS" par kopējo summu 1045.00 EUR bez PVN.

8.17.10. Iepirkuma priekšmeta 10. daļa - SIA "REMEDINE" par kopējo summu 3524.00 EUR bez PVN.

8.17.11. Iepirkuma priekšmeta 11. daļa - SIA "REMEDINE" par kopējo summu 1827.44 EUR bez PVN.

8.17.12. Iepirkuma priekšmeta 12. daļa - SIA "AB Medical Group Riga" par kopējo summu 1127.36 EUR bez PVN.

8.17.13. Iepirkuma priekšmeta 13. daļa – izbeigta iepirkuma procedūra bez rezultāta.

8.17.14. Iepirkuma priekšmeta 14. daļa - SIA "REMEDINE" par kopējo summu 3195.00 EUR bez PVN.

8.17.15. Iepirkuma priekšmeta 15. daļa - SIA "OneMed" par kopējo summu 3307.50 EUR bez PVN

8.17.16. Iepirkuma priekšmeta 16. daļa - SIA "TZMO Latvija" par kopējo summu 5617.60 EUR bez PV

8.17.17. Iepirkuma priekšmeta 17. daļa - SIA "OneMed" par kopējo summu 1482.30 EUR bez PVN

8.17.18. Iepirkuma priekšmeta 18. daļa - SIA "Medilink" par kopējo summu 1957.50 EUR bez PVN

8.17.19. Iepirkuma priekšmeta 19. daļa - SIA "Arbor Medical Korporācija" par kopējo summu 2630.00 EUR bez PVN

8.17.20. Iepirkuma priekšmeta 20. daļa - SIA "OneMed" par kopējo summu 163.30 EUR bez PVN

8.17.21. Iepirkuma priekšmeta 21. daļa - SIA "OneMed" par kopējo summu 3370.00 EUR bez PVN

8.17.22. Iepirkuma priekšmeta 22. daļa - SIA "Hygeia" par kopējo summu 7018.12 EUR bez PVN

- 8.17.23. Iepirkuma priekšmeta 23. daļa - SIA "Brama" par kopējo summu 1591.00 EUR bez PVN
- 8.17.24. Iepirkuma priekšmeta 24. daļa - SIA "Medilink" par kopējo summu 1000.00 EUR bez PVN
- 8.17.25. Iepirkuma priekšmeta 25. daļa - SIA "AB Medical Group Riga" par kopējo summu 533.60 EUR bez PVN.
- Līguma kopējā summa **69 102.12 EUR bez PVN.**
- 8.18. Saskaņā ar nolikuma 37. punktu, pārliecinās, vai pretendenti nav izslēdzami no atklāta konkursa, saskaņā ar PIL 39.1 panta nosacījumiem, un konstatē, ka nevienam no šī protokola 3.1. punktā norādītajiem pretendentiem nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem.
- 8.19. **Iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumus ar:**
- 8.19.1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – SIA "MedBalt" par kopējo summu 372.00 EUR bez PVN.
- 8.19.2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļa - SIA "SANTAKS" par kopējo summu 2040.00 EUR bez PVN.
- 8.19.3. Iepirkuma priekšmeta 3. daļa - SIA "TZMO Latvija" par kopējo summu 3321.50 EUR bez PVN.
- 8.19.4. Iepirkuma priekšmeta 4. daļa - SIA "MedBalt" par kopējo summu 18958.00 EUR bez PVN.
- 8.19.5. Iepirkuma priekšmeta 5. daļa - SIA "Medilink" par kopējo summu 165.00 EUR bez PVN.
- 8.19.6. Iepirkuma priekšmeta 6. daļa - SIA "OneMed" par kopējo summu 400.00 EUR bez PVN.
- 8.19.7. Iepirkuma priekšmeta 7. daļa - SIA "Medilink" par kopējo summu 3297.00 EUR bez PVN.
- 8.19.8. Iepirkuma priekšmeta 8. daļa - SIA "OneMed" par kopējo summu 1158.90 EUR bez PVN.
- 8.19.9. Iepirkuma priekšmeta 9. daļa - SIA "SANTAKS" par kopējo summu 1045.00 EUR bez PVN.
- 8.19.10. Iepirkuma priekšmeta 10. daļa - SIA "REMEDINE" par kopējo summu 3524.00 EUR bez PVN.
- 8.19.11. Iepirkuma priekšmeta 11. daļa - SIA "REMEDINE" par kopējo summu 1827.44 EUR bez PVN.
- 8.19.12. Iepirkuma priekšmeta 12. daļa - SIA "AB Medical Group Riga" par kopējo summu 1127.36 EUR bez PVN.
- 8.19.13. Iepirkuma priekšmeta 13. daļa – izbeigta iepirkuma procedūra bez rezultāta.
- 8.19.14. Iepirkuma priekšmeta 14. daļa - SIA "REMEDINE" par kopējo summu 3195.00 EUR bez PVN.
- 8.19.15. Iepirkuma priekšmeta 15. daļa - SIA "OneMed" par kopējo summu 3307.50 EUR bez PVN
- 8.19.16. Iepirkuma priekšmeta 16. daļa - SIA "TZMO Latvija" par kopējo summu 5617.60 EUR bez PV
- 8.19.17. Iepirkuma priekšmeta 17. daļa - SIA "OneMed" par kopējo summu 1482.30 EUR bez PVN
- 8.19.18. Iepirkuma priekšmeta 18. daļa - SIA "Medilink" par kopējo summu 1957.50 EUR bez PVN
- 8.19.19. Iepirkuma priekšmeta 19. daļa - SIA "Arbor Medical Korporācija" par kopējo summu 2630.00 EUR bez PVN
- 8.19.20. Iepirkuma priekšmeta 20. daļa - SIA "OneMed" par kopējo summu 163.30 EUR bez PVN

- 8.19.21. Iepirkuma priekšmeta 21. daļa - SIA "OneMed" par kopējo summu 3370.00 EUR bez PVN
- 8.19.22. Iepirkuma priekšmeta 22. daļa - SIA "Hygeia" par kopējo summu 7018.12 EUR bez PVN
- 8.19.23. Iepirkuma priekšmeta 23. daļa - SIA "Brama" par kopējo summu 1591.00 EUR bez PVN
- 8.19.24. Iepirkuma priekšmeta 24. daļa - SIA "Medilink" par kopējo summu 1000.00 EUR bez PVN
- 8.19.25. Iepirkuma priekšmeta 25. daļa - SIA "AB Medical Group Riga" par kopējo summu 533.60 EUR bez PVN.
- Līguma kopējā summa **69 102.12 EUR bez PVN.**

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:

_____ I. Rantiņa

Komisijas locekļi:

_____ U. Zariņš

_____ S. Bringa

_____ Z. Liepiņa