



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA

Duntes ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr.40003410729

Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: tos@tos.lv, www.tos.lv

Rīgā,
10.10.2017.

Piegādātājiem

*Par atklātu konkursu
"Sterilo un nesterilo cimdu piegāde"*

VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" atklāta konkursa „Sterilo un nesterilo cimdu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/19K, iepirkuma komisija ir konstatējusi, ka nolikuma pielikumā Nr.2 "Tehniskā specifikācija" ir norādīta nepilnīga informācija un drukas kļūda, līdz ar to precizē šādā redakcijā:

1. Iepirkuma priekšmeta 3. daļa "Nesterili nepūderēti vienreizlietojami lateksa medicīniskie izmeklēšanas cimdi" Tehnisko specifikāciju punktā Nr. 3.2.10. cimdu biezums (**dubults**) 0,27mm ($\pm 0,01$).
2. Iepirkuma priekšmeta 4. daļa "Nesterili nepūderēti vienreizlietojami vinila medicīniskie izmeklēšanas cimdi" Tehnisko specifikāciju punktā Nr.3.2.10. cimdu biezums ne mazāk kā 0,08mm.
3. Iepirkuma priekšmeta 6.daļa "Nesterili nepūderēti vienreizlietojami nitrila medicīniskie izmeklēšanas cimdi" Tehnisko specifikāciju punktā Nr. 3.2.10. cimdu biezums (**dubults**) ne mazāk kā 0,14mm ($\pm 0,02$).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

I. Rantiņa

Bulāne 67399234
Liepiņa 67399248

