



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA

Duntes ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr.40003410729

Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: tos@tos.lv, www.tos.lv

Rīgā, 18.05.2018.

Ieinteresētajiem piegādātājiem

***Par atklāta konkursa “Kaulu cementa piegāde”
Nolikuma prasībām***

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs) 2018. gada 16. maijā ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa „Kaulu cementa piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/11K, (turpmāk – iepirkums) nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs sniedz šādu papildu informāciju:

1. JAUTĀJUMS:

Tehniskajā piedāvājuma formā norādīts, ka kaulu cementam jābūt rentgenkontrastainam - jā satur rentgenkontrastviela, un kā vienīgā izvēle tiek minēts cirkonija dioksīds.

Uzskatām, ka minētā prasība ir izteikti ierobežojoša, jo kaulu cementu ar cirkonija dioksīdu ražo tikai viena kompānija. Medicīnā ir vispāratzīts fakts, ka jebkura rentgenkontrastviela, kuru pievieno cementam pilda savu funkciju - tā ir rentgenkontrastaina. Uzskatām, ka minētā prasība, kuru var izpildīt tikai viens piegādātājs, rada būtisku nepamatotu konkurences ierobežojumu, tādējādi pārkāpjot Publiskā iepirkuma likuma 2. panta nosacījumu – nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci un taisnīgu attieksmi pret tiem. Uzskatām, ka objektīvi nav pamatota vienas īpašas rentgenkontrastvielas izvēle. Pašreizējā redakcijā iepirkuma priekšmeta mākslīga ierobežošana automātiski rada konkurences ierobežošanu VSIA TOS iepirkumā 2018/11K.

Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 2.pantu iepirkuma mērķis ir nodrošināt: iepirkuma procedūras atklātumu (1.punkts); piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem (2.punkts); valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu (3.punkts). Pašreizējā nolikuma prasība nepamatoti ierobežo konkurenci, jo pašreizējā prasība ir izpildāma tikai vienam piegādātājam. Pašreizējā nolikuma specifikācija ir vērsta uz konkurences kavēšanu, jo konkursa uzvarētāju noteikšanas nosacījumi ierobežo piegādātāju pieteikšanās iespējas, kā arī ierobežo konkursā piedalīties tādiem pretendentiem, kuri spētu piedāvāt labākas cenas un ļautu slimnīcai būtiski ietaupīt budžeta līdzekļus. Minēto faktu un argumentu dēļ, lūdzam rast iespēju Tehniskajā piedāvājuma formas 2.punktu izteikt šādā redakcijā: 2. rentgenkontrastains - satur kontrasta vielu - cirkonija dioksīdu vai līdzvērtīgu rentgenkontrastvielu.

ATBILDE:

Prasības Tehniskajā specifikācijā ir noteiktas ņemot vērā konkrētās piegādājamās preces izmantošanas specifiku, proti, Iepirkuma komisija skaidro, ka Tehniskajā specifikācijā norādītā rentgenkontrastviela cirkonija dioksīds pamatots ar būtiskiem klīniskiem faktoriem kā kaulu cementa stiprība un neausrūpīguma pakāpe, kuri ietekmē endoprotēzes ilgdzīvi un izkustēšanās kontroles iespēju. Vairāki starptautiski pētījumi un monogrāfijas pierādījušas

cirkonija dioksīda būtiskas priekšrocības pār citām kontrastvielām¹ (daudz labāku rentgena attēlā redzamā cementa kontrastu tā uzņemšanai izmantojot zemākas jonizējošā starojuma devas, mazinot iespēju nodarīt kaitējumu pacientam). Tehniskajā specifikācijā norādītais cirkonija dioksīds ir būtiska iepirkuma priekšmeta sastāvdaļa.

Jānorāda, ka jebkuras prasības zināmā mērā ierobežo kāda iespējamā piegādātāja iespējas piedalīties iepirkuma procedūrā, bet tas vien, ka konkrētās prasības ierobežo kāda piegādātāja spējas piedalīties iepirkuma procedūrā, nenozīmē, ka izvirzītās prasības ir neatbilstošas un vērstas uz konkurences ierobežošanu.

Attiecībā uz piegādātāja apgalvojumu, ka kaulu cementu ar cirkonija dioksīdu ražo tikai viena kompānija, pasūtītājs norāda, ka šāds apgalvojums nav pamatots, jo pasūtītājs pirms iepirkuma izsludināšanas veica attiecīgu tirgus izpēti, kā rezultātā tika konstatēts, ka ir vairāki piegādātāji, kas piedāvā kaulu cementu ar cirkonija dioksīdu.

Tādējādi Iepirkuma komisija nekonstatē, ka Tehniskajā specifikācijā ietvertā prasība par cirkonija dioksīda izmantošanu kaulu cementā būtu vērsta uz nepamatotas konkurences ierobežošanu, piegādātāju loka sašaurināšanu vai veicinātu nevienlīdzīgu attieksmi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvirzītā Tehniskās specifikācijas prasība par cirkonija dioksīda izmantošanu kaulu cementā ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam, piegādes specifikai, iespējamam piegādātāju lokam, līdz ar ko Nolikuma Tehniskās specifikācijas prasības netiks grozītas.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

I. Rantiņa

Jaunzeme 67399244

¹ Bone cement X-ray contrast media: a clinically relevant method of measuring their efficacy. Kjellson F, Almén T, Tanner KE, McCarthy ID, Lidgren L., Department of Orthopaedics, Lund University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden. fred.kjellson@ort.lu.se