

*APSTIPRINĀTS*  
ar 2012. gada 17. oktobra  
VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"  
iepirkuma komisijas sēdes  
protokolu Nr. 01-8.2/47

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja  
Inese Rantiņa



---

(paraksts)

Atklāta konkursa „Medicīnas preču piegāde”

## **NOLIKUMS**

Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17K

Rīga  
2012

## SATURA RĀDĪTĀJS

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA .....	3
IEPIRKUMA PRIEKŠMETS .....	3
IESPĒJA IEPAZĪTIES UN SAŅEMT KONKURSA NOLIKUMU.....	4
PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA .....	4
PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA.....	4
PRASĪBAS PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBAI .....	5
KONKURSA NOLIKUMA GROZĪJUMI.....	6
PRASĪBAS PRETENDENTIEM .....	6
IESNIEDZAMIE PRETENDENTU ATLASĒS DOKUMENTI.....	7
PRASĪBAS TEHNISKAJAM PIEDĀVĀJUMAM.....	9
PRASĪBAS FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM.....	9
PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA .....	10
ARITMĒTISKO KĻŪDU LABOŠANA.....	11
NEPAMATOTI LĒTA PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANA.....	11
PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS .....	11
LĒMUMA IZZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA.....	11
IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.....	12
PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI .....	12
KONKURSA IZBEIGŠANA VAI PĀRTRAUKŠANA.....	13
CITI NOTEIKUMI .....	13
PIETEIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM.....	15
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA .....	17
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA .....	42
IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS.....	43
MEDICĪNISKĀ PRODUKTA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDES PROTKOLS.....	47

## VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

1. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** VSIA TOS 2012/17K
2. **Iepirkuma metode** – atklāts konkurss
3. **Pasūtītājs:** valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“**Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca**”  
(turpmāk tekstā – Slimnīca), kas darbojas saskaņā ar statūtiem;  
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729  
adrese: Dunties 22, Rīga, LV-1005,  
tālr. 67399300, fakss 67392348  
„Swedbank” AS  
Konta Nr. LV92HABA0551009437916  
Kods: HABALV22
4. Konkursu organizē un realizē ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes priekšsēdētāja 2012. gada 16. oktobra rīkojumu Nr. 01-6/123 apstiprinātā iepirkuma komisija.
5. Atklāta konkursa (turpmāk tekstā – konkurss) nolikums izstrādāts saskaņā ar 2006. gada 25. aprīļa likumu “Publisko iepirkumu likums”.
6. **Finansēšanas avots** – VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” budžeta līdzekļi.
7. **Atklāta konkursa mērķis** ir nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.
8. Par konkursa **pretendentiem** var būt piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu šajā iepirkuma procedūrā, atbilstoši Tehniskās **specifikācijas (pielikums Nr. 2)** prasībām. **Piegādātājs** – fiziska vai juridiska persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

## IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

8. **Iepirkuma priekšmets** – medicīnas preču piegāde VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Dunties 22, Rīga, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienota konkursa Nolikuma **Pielikumā Nr. 2**.

Iepirkuma priekšmets sadalīts **36. daļās**. Katra iepirkuma priekšmeta daļa tiks vērtēta atsevišķi. Pretendents piedāvājumu var iesniegt par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi. Daļai jābūt piedāvātai pilnībā. Nepilnīgi piedāvāta daļa netiks vērtēta.

Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums iepirkt precīzi 2. pielikumā norādīto katras preču vienības apjomu, taču nepieciešamības gadījumā Pretendentam līdz līguma darbības beigām jāpiegādā preces par šī konkursa rezultātā noteiktajām līgumcenām.

9. **CPV kods:** galvenais priekšmets: 33000000-0, papildus priekšmeti: 33140000-3.
10. Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, saskaņā ar finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu (LVL, bez PVN) ir viszemākā.

11. Līguma izpildes vieta ir VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Rīgā, Dantes ielā 22. Ar konkursa uzvarētājiem Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu/s (turpmāk tekstā – Līgums, **pielikums Nr.4**) uz 12 kalendārajiem mēnešiem.

#### **IESPĒJA IEPAZĪTIES UN SAŅEMT KONKURSA NOLIKUMU**

13. Pretendentam ir tiesības iepazīties uz vietas un saņemt bez maksas konkursa Nolikumu VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Dantes ielā 22, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00, administratīvā korpusa II stāvā pie valdes locekles Ineses Rantiņas, tālr. 67399396, fakss 67392348, vai e-pasts: [iepirkumi@tos.lv](mailto:iepirkumi@tos.lv), sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Pasūtītājs ievietojis savā interneta mājaslapā [http://www.tos.lv/lv/iepirkumi\\_pre](http://www.tos.lv/lv/iepirkumi_pre), līdz **2012. gada 03.decembra, plkst. 11.00**.

14. **Kontaktpersonas:**

- 13.1. **Kontaktpersona** par iepirkuma dokumentāciju - valdes locekle Inese Rantiņa, Dantes iela 22, Rīga, telefons 67399396, fakss 67392348, e-pasts [Inese.Rantina@tos.lv](mailto:Inese.Rantina@tos.lv)
- 14.1. **Kontaktpersonas** par tehnisko specifikāciju – Anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas vadītāja Iveta Golubovska, tālr. 29272037, fakss 67391244 un ķirurģisko operāciju nodaļas vadītāja Ilga Bulāne, tālr.67399234, e-pasts [ilga.bulane@tos.lv](mailto:ilga.bulane@tos.lv).

#### **PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA**

15. Piedāvājumu iesniegšana:

- 15.1. Pretendents var iesniegt tikai **vienu piedāvājuma variantu** (saskaņā ar tehnisko specifikāciju – **pielikums Nr.2**), sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Pasūtītāja mājaslapā: [http://www.tos.lv/lv/iepirkumi\\_pre](http://www.tos.lv/lv/iepirkumi_pre).
- 15.2. Piedāvājums jāiesniedz līdz **2012.gada 03.decembra, plkst. 11.00**, VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Dantes ielā 22, administratīvā korpusa II stāvā valdes loceklei Inesei Rantiņai, pretendents nododot to personīgi vai nosūtot pa pastu.
- 15.3. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz šī Nolikuma 15.2. punktā norādītajam termiņam.
- 15.4. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu, tā adresi, e-pasta adresi, tālruni un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs garantē, ka līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiks izpausts.
- 15.5. Piedāvājumi, kas nebūs iesniegti noteiktajā kārtībā vai tiks saņemti pēc 15.2. punktā norādītā termiņa, netiks pieņemti un neatvērti tiks nosūtīti vai atdoti atpakaļ iesniedzējam.

#### **PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA**

16. Piedāvājumu atvēršana:

- 16.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks **2012. gada 03.decembrī plkst. 11.00**, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā Konferenču zālē, Dantes ielā 22, Rīgā, Latvijā.
- 16.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas un to pilnvarotās personas.
- 16.3. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu. Sanāksmes laikā komisija nolasa pretendentu sarakstu.
- 16.4. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā norāda pretendenta nosaukumu, tā adresi, e-pasta adresi, tālruni un faksa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus norāda savu vārdu, uzvārdu un amatu.
- 16.5. Pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas katrs iepirkuma komisijas loceklis ir parakstījis apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst

piedalīties turpmākajā komisijas darbā.

- 16.6. Piedāvājumu atvēršanu veic to iesniegšanas secībā. Iepirkuma komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.
- 16.7. Piedāvājumu atvēršana tiek protokolēta, kurā norāda pretendenta nosaukumu, pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda pretendenta finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.
- 16.8. Kad visi konkursa Nolikumā noteiktajā termiņā iesniegtie piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Pēc pretendenta pieprasījuma, trīs darba dienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes, Pasūtītājs izsniedz pretendenta šīs sanāksmes protokola kopiju.

#### **PRASĪBAS PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBAI**

17. Piedāvājums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu **3 atsevišķās, slēgtās, numurētās, aizzīmogatās aploksnēs**:
  - 17.1. 1. aploksne - pretendenta atlases dokumenti;
  - 17.2. 2. aploksne - tehniskais piedāvājums;
  - 17.3. 3. aploksne - finanšu piedāvājums.
18. Pretendenta **atlases dokumenti** jāiesniedz 1. aploksnē ar norādi:
  - 18.1. Pasūtītāja adrese: Dunties iela 22, Rīga, LV-1005
  - 18.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;  
Atzīme: Atklātam konkursam „Medicīnas preču piegāde”;  
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17K.  
Atzīme: “Pretendentu atlases dokumentu pārbaudei”  
Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”
19. **Tehniskais piedāvājums** jāiesniedz 2. aploksnē ar norādi:
  - 19.1. Pasūtītāja adrese: Dunties iela 22, Rīga, LV-1005
  - 19.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;  
Atzīme: Atklātam konkursam „Medicīnas preču piegāde”;  
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17K .  
Atzīme: “Tehniskais piedāvājums”  
Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”
20. **Finanšu piedāvājums** jāiesniedz 3. aploksnē ar norādi:
  - 20.1. Pasūtītāja adrese: Dunties iela 22, Rīga, LV-1005
  - 20.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;  
Atzīme: Atklātam konkursam „Medicīnas preču piegāde”;  
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17K.  
Atzīme: “Finanšu piedāvājums”  
Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”
21. Visi ar pretendenta atlasītie dokumenti jāiesniedz datordrukā, **latviešu valodā** ar satura rādītāju. Lapām jābūt numurētām un caursūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas caursūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts caursūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
22. Visi ar pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu saistītie dokumenti jāiesniedz datordrukā, **latviešu valodā** ar satura rādītāju. Lapām jābūt numurētām un caursūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas caursūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts caursūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
23. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu apvienībā.

24. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
25. Atlases dokumenti, Tehniskais un Finanšu piedāvājums iesniedzams **vienā oriģināla eksemplārā** ar norādi “**ORIGINĀLS**”. Uzskates materiāli, bukleti un katalogi var būt arī svešvalodā (angļu, vācu vai krievu). **Finanšu piedāvājums pretendenta obligāti jāiesniedz arī elektroniskā formā – CD-R diskā, MS EXCEL formātā.**
26. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra kopija ir jāapliecina, to parakstot pretendenta vadītājam un apzīmējot 15.10.2010. MK noteikumos Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādam šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, bez iestarpinājumiem, dzēsumiem, labojumiem vai matemātiskām kļūdām.
27. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši konkursa Nolikuma **pielikumā Nr.2** norādītajām prasībām.
28. Iepirkumu komisija veic **piedāvājuma noformējuma pārbaudi**, vai tas ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām. Neatbilstoši sagatavotie vai noformētie piedāvājumi tiks noraidīti un pretendentu atlases dokumentu, tehnisko un finanšu piedāvājumu izvērtēšanā netiks vērtēti.

### ***Konkursa Nolikuma izskaidrojums***

29. Papildinformāciju par konkursa nolikumu vai tā skaidrojumu ieinteresētās personas var saņemt, rakstiski uzdodot jautājumus iepirkuma komisijai. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiks pa pastu, e-pastu un faksu. Informācija, kura nosūtīta pa faksu un e-pastu, jāapstiprina, nosūtot oriģinālu pa pastu, lai dokuments iegūtu likumīgu spēku.
30. Jautājumi par konkursa Nolikumu adresējami: atklāta konkursa „Medicīnas preču piegāde”; iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17K”, iepirkuma komisijai, adrese: Dunties ielā 22, Rīga, LV-1005, fakss 67392348, e-pasts iepirkumi@tos.lv.
31. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasī, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo un ievieto savā interneta mājaslapā: [http://www.tos.lv/lv/iepirkumi\\_pre](http://www.tos.lv/lv/iepirkumi_pre).

### **KONKURSA NOLIKUMA GROZĪJUMI**

32. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi un ir pagājuši puse no piedāvājuma iesniegšanas termiņa vai ilgāks laiks, tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 29. panta prasībām. Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem Pasūtītājs ievietos savā interneta mājaslapā: [http://www.tos.lv/lv/iepirkumi\\_pre](http://www.tos.lv/lv/iepirkumi_pre). Tiks uzskatīts, ka visi pretendenti būs saņēmuši papildus informāciju, grozījumus, papildinājumus Nolikumam, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem, ja Pasūtītājs tos būs ievietojis savā interneta mājas lapā: [http://www.tos.lv/lv/iepirkumi\\_pre](http://www.tos.lv/lv/iepirkumi_pre).
33. Pa faksu un e-pastu nosūtītie/saņemtie dokumenti tiks uzskatīti par informatīviem. Par juridiski saistošiem Pasūtītājs (iepirkuma komisija) uzskatīs tikai dokumentu oriģinālus.

### **PRASĪBAS PRETENDENTIEM**

34. Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā:
- 34.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
- 34.1.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas

vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbības finanšu jomā, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. Minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad stāties spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi.

34.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

34.1.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi. Minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad stāties spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi.

34.1.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. Minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad stāties spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.

34.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. Minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad stāties spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

34.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam i pretendents būs likvidēts.

34.1.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

34.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

### **35. Prasības attiecībā uz tehniskām un profesionālajām spējām:**

35.1. Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, kas nepieciešams iepirkuma realizācijai.

### **IESNIEDZAMIE PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI**

36. Pretendentu atlases dokumenti jāiesniedz 1. aploksne un jānoformē atbilstoši 17., 18., 21. un 25. punkta minētajām prasībām.

37. **Pretendenta pieteikums** atklātam konkursam (saskaņā ar pielikumu Nr. 1), kurā tiek apliecināta dalība konkursā. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas apvienībā, un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu

apvienību konkursā, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu. Ja pretendents balstās uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, norādītajai personai jāiesniedz brīvā formā sagatavots apliecinājums par neatbilstību 34.1.1. – 34.1.6. punktā minētajiem nosacījumiem.

38. Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotas personas, kas pārstāvēs konkursā, vārds, uzvārds, personas kods, amats un **pilnvarojums** pārstāvēt pretendentu konkursā (pilnvaras kopija vai oriģināls);
39. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas **reģistrācijas apliecības kopija** vai izziņas kopija, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā
43. Pretendenta vadītāja apstiprināts rakstveida **apliecinājums**, ka pretendents apņemas piegādāt preces saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu, kā arī pretendenta kvalifikācija un tā piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām.
44. **Apliecības kopija par CE markētas** medicīnas preces iekļaušanu IDB – MI reģistrā LATMED, pievienojot sarakstu ar atšifrējumu, kā pielikumu pie kopijas, gadījumā, ja reģistrācijas apliecība izsniegta par vienkopus vairākām reģistrētām medicīnas ierīcēm. ES dalībvalstīs ražotām medicīnas ierīcēm jāiesniedz dalībvalsts, kur reģistrēta konkrētās medicīnas ierīces ražotāja uzņēmējdarbības vieta, kompetentas iestādes izsniegta apliecības par medicīnas ierīces reģistrāciju kopija, kas apliecina, ka dalībvalsts kompetentā iestāde informāciju par medicīnas ierīces reģistrācijas gadījumu iesniegs vai ir iesniegusi ES dalībvalstu vienotā medicīnas ierīču reģistrā.
45. Pretendentam un personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība vai pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam šādi dokumenti:
- 45.1. kompetentas institūcijas izdota, ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izziņas iesniegšanas dienas, izziņas kopija vai oriģināls, ka pretendents un personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā.
- 45.2. Izziņas oriģināls vai apstiprināta kopija, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izziņas iesniegšanas dienas izdevis LR Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pretendentam un personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība vai pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;
- 45.3. Izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība vai pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, (ja tie reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu,



tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

- 45.4. Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (turpmāk tekstā – PIL (Publisko iepirkumu likums) 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas), neattiecas 45. punktā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un PIL39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu neattiecas 45. punktā norādītie apstākļi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī;
46. Iepirkuma komisija iegūs informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai uzvarējušais pretendents un PIL39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu, Latvijā vai ārvalstīs ir sodīts par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
47. Pretendentam ir tiesības nolikuma 45.punktā minētās izziņas iesniegt kopā ar piedāvājumu.
48. Gadījumā, ja Pretendents nolikumā 45.punktā minētās izziņas ir iesniedzis kopā ar piedāvājumu, un dienā, kad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, termiņš iepriekš minētajiem dokumentiem no iesniegšanas dienas pārsniegs 1 (vienu) mēnesi, Pasūtītājs pieprasīs Pretendentam atkārtoti iesniegt dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

#### **PRASĪBAS TEHNISKAJAM PIEDĀVĀJUMAM**

49. **Tehniskais piedāvājums** rakstveidā jāiesniedz 2. aploksnē un jānoformē atbilstoši konkursa Nolikuma 17., 19., 22. un 25. punktā minētajām prasībām.
50. Tehniskais piedāvājums ir jāsaģatavo kā detalizēts un atbilstoši nolikuma 2. pielikuma tehnisko specifikāciju prasībām izvērsts Pretendenta piedāvāto Preču apraksts – tehniskais raksturojums (Pretendenta piedāvājumu katrā no Tehnisko specifikāciju pozīcijām) atbilstoši tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma formai (**Pielikums Nr.2**), norādot raksturojošo informāciju, lai iepirkuma komisija var pārliecināties par tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotās personas parakstītam.
51. Tehnisko piedāvājumu pārbaudes laikā iepirkuma komisija, nepieciešamības gadījumā, var pieprasīt pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt medicīnas preču paraugus un rīkot medicīnas preču paraugu pārbaudi par atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, kuras rezultātus dokumentēs (**Pielikums Nr.5**).
52. **Tehniskais piedāvājums netiks uzskatīts par atbilstošu konkrētajā daļā un pozīcijā, ja piegādātajam produktam medicīniskās pielietošanas procesā tiks konstatēti:**
- 48.1. to funkcionēšanas defekti vai nepiemērotība pielietošanas mērķim,
- 48.2. PRODUKTA pielietošana izraisīs ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta vai personāla veselībai un dzīvībai.

#### **PRASĪBAS FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM**

53. **Finanšu piedāvājums** rakstveidā jāiesniedz 3. aploksnē un jānoformē atbilstoši konkursa Nolikuma 17., 20., 22. un 25. punkta prasībām. Finanšu piedāvājumu jāsaģatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (**Pielikums Nr.3**). **Finanšu piedāvājums pretendentam obligāti jāiesniedz arī elektroniskā formā – CD-R diskā, MS EXCEL formātā.**
54. Pretendents var iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājuma variantu, kurā jānorāda:
- 53.1. cena, kas izteikta Latvijas naudas vienībā – latos (LVL);

- 53.2. galējā piedāvājuma cena (ne vairāk kā 2 cipariem aiz komata), un cenā nekādi grozījumi nav pieļaujami (iesniegta tiek pēdējā cena);
- 53.3. piedāvātās Preces vienas vienības cena bez PVN un ar PVN, piedāvājuma kopējā cena bez PVN un ar PVN.
- 53.4. cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Preces piegādi.
- 53.5. Iepirkuma komisija salīdzinās iesniegto piedāvājumu cenas bez PVN.

#### **PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA**

54. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasī, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
55. Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic šādos 4 (četros) posmos:

##### **55.1. 1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude**

Iepirkuma komisija veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi. Piedāvājumus, kas neatbilst piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā. Pirms Pretendenta izslēgšanas no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, komisija izvērtē Pretendenta iesniegto dokumenta/u trūkuma būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

##### **55.2. 2. posms – Pretendentu atlase**

Iepirkuma komisija nosaka Pretendenta iesniegto pretendentu atlases dokumentu (saskaņā ar nolikuma nodaļu „Iesniedzamie pretendentu atlases dokumenti”) un tajos iekļautās informācijas atbilstību nolikuma nodaļā „Prasības Pretendentiem” norādītajām prasībām. Piedāvājumus, kas neatbilst šīm prasībām, iepirkuma komisija noraida un izslēdz no turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā.

##### **55.3. 3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude**

Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumus, kas neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisijai izslēdz no turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā.

Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugus 3 (trīs) darba dienu laikā, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai un pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar pasūtītājam pierādīt preču atbilstību.

Ja tiks konstatēta Preces neatbilstība Tehniskajā piedāvājumā norādītajai informācijai vai Tehniskajai specifikācijai, iepirkumu komisija izslēdz no dalības iepirkumā.

##### **55.4. 4. posms – Piedāvājumu vērtēšana:**

Iepirkumu komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri netika noraidīti 1., 2. un 3. posmā.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.

Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma komisija Pretendentu, kura piedāvājuma cena ir viszemākā, atzīst par Pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pieprasa iesniegt iepirkuma komisijai nolikuma 45.punktā norādītos dokumentus. Ja Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības noteiktajā termiņā iesniedz pieprasītos dokumentus, iepirkuma komisija izvērtē tos un ja tie atbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad šo Pretendentu atzīst par uzvarētāju konkursā. Ja Pretendents pieprasītos dokumentus neiesniedz norādītajā termiņā iepirkuma komisija šo Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā un piešķir līguma slēgšanas tiesības nākamajam Pretendentam, kura piedāvātā līgumcena ir viszemākā, un, ja norādītajā termiņā tiek iesniegti pieprasītie nolikuma 45.punktā norādītie dokumenti, šis Pretendents tiek atzīts par uzvarētāju.

Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot Publisko iepirkuma likuma 56. panta 8. daļā minētajā gadījumā.

#### **ARITMĒTISKO KĻŪDU LABOŠANA**

56. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
57. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.
58. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
59. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

#### **NEPAMATOTI LĒTA PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANA**

60. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā pretendenta iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa Publisko iepirkumu likuma 48. panta prasībām atbilstošu detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
61. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Pasūtītājs noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tas informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
62. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un to noraida.

#### **PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS**

63. Iepirkuma komisija par uzvarētāju attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā atzīs pretendentu, kura **kvalifikācija** un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena, saskaņā ar finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo **cenu (LVL, bez PVN) ir viszemākā.**

#### **LĒMUMA IZZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA**

64. **Paziņojums par lēmuma pieņemšanu:**
  - 64.1. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendents par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma.
65. **Iepirkuma līguma slēgšana:**
  - 65.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēgs ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67. panta piektajā daļā noteikto nogaidīšanas termiņu, kad likumam atbilstošs paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem tiks publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā un Pasūtītāja mājas lapā [http://www.tos.lv/lv/iepirkumi\\_pre](http://www.tos.lv/lv/iepirkumi_pre), un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
  - 65.2. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par uzvarētāju uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu.
  - 65.3. Iepirkuma līgums slēdzams saskaņā ar konkursa Nolikuma pievienotā līgumprojekta (**Pielikums Nr. 4**) noteikumiem, kā arī pretendenta piedāvājumā ietvertajām ziņām.
66. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma slēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums.

### **IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

67. Iepirkuma komisija sastāv no 5 locekļiem, t. sk., komisijas priekšsēdētāja.

68. Iepirkumu komisijai ir **tiesības**:

- 68.1. izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam;
- 68.2. rakstiski pieprasīt pretendentam precizēt iesniegto informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
- 68.3. pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
- 68.4. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;
- 68.5. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;
- 68.6. noteikt konkursa uzvarētāju/s;
- 68.7. noraidīt visus piedāvājumus, kas neatbilst Nolikuma prasībām;
- 68.8. labot pretendentu piedāvājumos atrastās aritmētiskās kļūdas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 68.9. pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu Publisko iepirkumu likuma 29. panta 7. daļā noteiktajā kārtībā.
- 68.10. veikt citas darbības saskaņā ar 2006. gada 25. aprīļa likumu "Publisko iepirkumu likums" un šo Nolikumu.

69. Iepirkumu komisijas **pienākumi**:

- 69.1. apstiprināt konkursa nolikumu;
- 69.2. izsniegt konkursa Nolikuma kopijas un reģistrēt tā saņēmējus šajā Nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 69.3. nodrošināt, lai līdz piedāvājuma atvēršanai konkursa Nolikuma saņēmēju saraksts netiktu izpausts;
- 69.4. nodrošināt visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar konkursa Nolikumu uz vietas;
- 69.5. trīs darbdienu laikā un ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām sniegt rakstiskas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiskiem jautājumiem par konkursa norisi un informēt pārējās ieinteresētās personas, kuras saņēmušas Nolikumu;
- 69.6. protokolēt iepirkuma komisijas sanāksmes;
- 69.7. nodrošināt iesniegto piedāvājumu glabāšanu tā, lai līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai;
- 69.8. saņemot pretendenta pieprasījumu, trīs darbdienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes, izsniegt pretendentam šīs sanāksmes protokolu;
- 69.9. informēt par konkursa Nolikuma grozījumiem visus pretendentes un citas personas, kuras saņēmušas konkursa Nolikumu;
- 69.10. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus;
- 69.11. pieņemt lēmumu par konkursa rezultātiem;
- 69.12. nodrošināt, lai pēc piedāvājumu atvēršanas, tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā;
- 69.13. veikt citas darbības saskaņā ar 2006. gada 25. aprīļa likumu "Publisko iepirkumu likums" un šo Nolikumu.

### **PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

70. Pretendenta **tiesības**:

- 70.1. pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par konkursa norisi;
- 70.2. piedalīties piedāvājuma atvēršanas sanāksmē un saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes un noslēguma protokolus;

- 70.3. saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem konkursa Nolikumā;
- 70.4. iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku;
- 70.5. ne vēlāk kā 6 (sešu) kalendāro dienu laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pieprasīt rakstveidā no iepirkuma komisijas papildu informāciju par konkursa Nolikumu;
- 70.6. atsaukt vai izmainīt savu piedāvājumu jebkurā konkursa procedūras brīdī līdz nolikuma 15.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam, par to rakstiski brīdinot iepirkuma komisiju;
- 70.7. jebkurš pretendenta paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu vai izmaiņas pretendenta piedāvājumā tiek sagatavots, noformēts un iesniegts atbilstoši šī Nolikuma sadaļai "Prasības pretendentu piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas kārtībai", uz aplokšnes attiecīgi skaidri un samanāmi norādot "Pretendenta piedāvājuma labojums" vai "Pretendenta piedāvājuma atsaukums".
- 70.8. pēc Nolikuma 15.2. punktā noteiktā termiņa beigām nevienam pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu vai piedāvājumu labot nevar, ja vien nav izdarīti grozījumi konkursa Nolikumā un nav attiecīgi pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš.
- 70.9. iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam likuma "Publisko iepirkumu likums" 83. pantā noteiktajā kārtībā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai sūdzību par Pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, ja pretendents uzskata, ka Pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojusi iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādejādi pārkāpuši sūdzības iesniedzēja likumīgās tiesības.
- 70.10. ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā.
- 71. **Pretendenta pienākumi:**
  - 71.1. iesniegt piedāvājumu, kas atbilst visām šā Nolikuma prasībām;
  - 71.2. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
  - 71.3. piedaloties piedāvājumu atvēršanā, pretendents vai tā pārstāvis uzrāda iepirkuma komisijai pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu;
  - 71.4. rakstveidā sniegt papildus informāciju vai paskaidrojumu par piedāvājumu, ja to pieprasa iepirkuma komisija;
  - 71.5. rakstveidā informēt komisiju pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz konkursa noslēgumam par izmaiņām pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar:
    - 71.5.1. pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu;
    - 71.5.2. tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
  - 71.6. Ja Pretendents - neregistrēta personu apvienība tiek atzīta par iepirkuma uzvarētāju šādai personu apvienībai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ir jāizveido pilnsabiedrība un rakstveidā jāinformē Pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību līguma parakstīšanā, paziņojumam pievienojot pilnsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju.

#### **KONKURSA IZBEIGŠANA VAI PĀRTRAUKŠANA**

- 72. Saskaņā ar likuma „Publisko iepirkumu likums” 38. pantu, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vai pārtraukt konkursu. Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt konkursu šādos gadījumos:
  - 72.1. konkursam nav iesniegti piedāvājumi;
  - 72.2. iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām;
  - 72.3. pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.
- 73. Konkursu var pārtraukt jebkurā no norises posmiem no konkursa izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim.
- 74. Pasūtītājs publicē paziņojumu par konkursa rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

#### **CITI NOTEIKUMI**

- 75. **Visi izdevumi, kas saistīti ar konkursa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz**

**konkursa pretendētam.**

76. Iepirkuma komisijai beidzot darbu, pretendentu iesniegtie materiāli **netiks atdoti atpakaļ iesniedzējam.**
77. Konkursa nolikums sastādīts latviešu valodā uz 47 lappusēm. Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
- 77.1. Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikums atklātam konkursam uz 2 lp.
  - 77.2. Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija uz 25 lp.
  - 77.3. Pielikums Nr.3 - Finanšu piedāvājuma forma medicīnas precēm uz 1 lp.
  - 77.4. Pielikums Nr. 4 – Līguma projekts uz 4 lp.
  - 77.5. Pielikums Nr.5 - medicīniskā produkta atbilstības pārbaudes protokols uz 1lp.



Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

I. Rantiņa

Rīgā, 2012.gada 17. oktobrī

Atklāta konkursa „Medicīnas preču piegāde”,  
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17K

**PIETEIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM**

**Uzņēmuma nosaukums:** \_\_\_\_\_

**Reģistrācijas Nr., datums:** \_\_\_\_\_

**Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., datums:** \_\_\_\_\_

**Amatpersona:** \_\_\_\_\_  
(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods)

**Ar šī pieteikuma iesniegšanu:**

- piesakās piedalīties atklātā konkursā „Medicīnas preču piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17K), ko rīko Pasūtītājs – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas nr.40003410729, juridiskā adrese Duntse iela 22, Rīga, LV-1005;
- apņemas ievērot atklāta konkursa nolikumā par iepirkumu izvirzītās prasības;
- apliecina, ka visas par viņu un Piedāvājumu sniegtās ziņas ir patiesas;
- apliecina, ka pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
- apliecina, ka trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;
- apliecina, ka 18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
- apliecina, ka 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālāk pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- apliecina, ka tam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;
- apliecina, ka tam nav Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
- apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus.

Paraksts:

*(uzņēmuma (uzņēmējiesabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)*

Z.v.

### **Uzņēmuma adrese**

Telefons, fakss, e-pasta  
adrese:

Uzņēmuma  
bankas rekvizīti:

Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai konkursā, līguma noslēgšanai pilnvarotā persona:

*(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods, telefons)*

2012.gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_



Atklāta konkursa „Medicīnas preču piegāde”,  
identifikācijas Nr.VSIA TOS 2012/17K

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

Nosaukums	reģistrācijas nr.	adrese

**piedāvā piegādāt Pasūtītājam atklāta konkursa „Medicīnas preču piegāde” nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Preces:**

**1. daļa - centrālo vēnu katetri ar antibakteriālo pārklājumu – 70 gab. (Pasūtītājs 12.mēnešu laikā pirks nepieciešamos izmērus)**

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	Katetriem jābūt no biosaderīga poliuretāna materiāla ar sudraba sulfadiazīna/hlorheksidīna pārklājumu;			
2.	Paredzēts ievadīt izmantojot Seldingera metodi – t.i. ar vadītājtīgu, kas ievadāma caur asinsvadā ievadītu adatu vai kanili.			
3.	Komplektam jā sastāv no 3lūmenu katetra, vadītājadatas, audu dilatatora, J-tipa vadītājtīgas kopā ar mehānismu, kas ļauj to ievadīt ar vienu roku, 5ml šļirce ar kanālu vadītājtīgas ievadīšanai caur šļirci;			
4.	Katram lumenam jābūt nodrošinātam ar nospiedošo spaili			
5.	Katetriem jābūt Rtg vizualizējamiem;			
6.	Komplektā jābūt divdaļīgam katetra ievades dziļuma fiksatoram;			
7.	Katetra ārējam izmēram jāatbilst 7-7,5 Fr, garumam jābūt 200 mm, tā lūmenu izmēriem jābūt ne mazākiem ( ne šaurākiem) kā 18/18/16G attiecīgi katram lumenam			

14G pie ārējā izmēra 2,1 mm un garuma 51 mm, ar plūsmas ātrumu ne mazāku par 345 ml//min.
16G pie ārējā izmēra 1,7 mm un garuma 51mm, ar plūsmas ātrumu ne mazāku par 200 ml//min.
18G pie ārējā izmēra 1,3 mm un garuma 45mm, ar plūsmas ātrumu ne mazāku par 97ml//min.

**2.daļa - PiCCO katetri – pieaugušo, paredzēti lietošanai femorālajā artērijā – 10 gab.**

Nr.p.k.	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	Paredzēti pieaugušajiem ievadei femorālajā artērijā.			
2.	Prasības: katetrs ar termodilūcijas pinumu			
3.	PiCCO metodes ietvaros iespējams veikt nepārtrauktus mērījumus sekojošiem parametriem:			
4.	AP (arteriālais spiediens);			
5.	MAP ( vidējais arteriālais spiediens);			
6.	PiCCO/PiCCI (pulsa kontūra analīzes noteiktā sirds izsviede/ pulsa kontūra analīzes noteiktais sirds indekss);			
7.	HR (sirds darbības frekvence analizēta pēc pulsa viļņa);			
8.	SVR/SVRI (sistēmas vaskulārā rezistence/ sistēmas vaskulārā rezistence uz pacienta m <sup>2</sup> );			
9.	SVV (sistoles tilpuma variācija);			
10.	Ekstravaskulārā plaušu ūdens indekss ( EVLWI)			
11.	GEDV/GEDI (globālais beigu diastoles tilpums/ globālais beigu diastoles tilpums uz pacienta m <sup>2</sup> );			
12.	Komplektā jābūt atbilstošam pie centrālās vēnas pievienojamam injektāta			

	ārējam temperatūras sensoram			
13.	Komplektam jābūt savietojamam ar PiCCO monitorēšanas moduli Philips Intellivue monitoringa sistēmās			

### 3.daļa - Perifēro vēnu katetri – 9000 gab. (Pasūtītājs 12.mēnešu laikā pirks nepieciešamos izmērus)

Nr.p.k.	Specifikācijas prasības	Pretendenta piedāvājums	Ražotājvalsts	Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta
1.	Vēnu katetrs sterils, rentgenā kontrastējošs, elastīgs, ne-lūstošs ar atraumatisku konusveida galu, no nealerģiska, vēnu nekairinoša viegli ādai caurvadāma materiāla, adata ar dubultu slīpējumu, ar papildus injekciju portu, sānu pie-ejām;			
2.	Korpusā iestrādāti, nekustīgi fiksācijas spārniņi;			
3.	Izmēriem G16, G18, G20, G22 atbilstoši krāsu kodi;			
4.	Katetrs izgatavots no poliuretāna.			

### 4. daļa - Intubācijas caurule ar manšeti, caurspīdīga (PVC), ar Murphy atveri, orāla/nazāla, profilēta – 1200 gab. (Pasūtītājs 12.mēnešu laikā pirks nepieciešamos izmērus)

Nr.p.k.	Specifikācijas prasības	Pretendenta piedāvājums	Ražotājvalsts	Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta
<b>1.</b>	<b>Manšete:</b>			
1.1.	profilēta, izgatavota no caurspīdīga PVC;			
1.2.	mīksta, lai samazinātu gļotādas traumēšanas risku;			
1.3.	liela apjoma, lai nodrošinātu labu fiksācijas kā vīriešiem tā sievietēm, kas ļauj izvēlēties mazāku caurules diametru;			
1.4.	gluda, konusveida, lai nodrošinātu minimālu kontaktu ar trahejas gļotādu un			

	samazinātu caurulītes kustību attiecībā pret traheju ventilācijas laikā;			
1.5.	zema spiediena - lai radītu minimālu spiedienu uz trahejas sienīšu un :			
1.5.1.	lai samazinātu traheja gļotādas izgulējumu risku;			
1.5.2.	lai samazinātu traheja gļotādas iekaisumu risku;			
1.5.3.	lai minimāli tiktu ietekmēta gļotāda pie intubācijas un ekstubācijas.			
<b>2.</b>	<b>Pilot balons:</b>			
2.1.	jūtīgs, lai manšetes piepūšana būtu pārlicinoši kontrolējama manuāli;			
2.2.	pilot balonam, kopā ar intubācijas caurulītes izmēru un manšetes diametru, jānodrošina intub .caurulītes neizkustēšanās.			
<b>3.</b>	Murphy atvere: gludām malām, lai novērstu jebkuru gļotādas bojājumu;			
<b>4.</b>	Intubācijas caurulei jābūt bioloģiski pārbaudītai, saskaņā ar ISO 10993-1 standartu;			
<b>5.</b>	Intubācijas dziļuma atzīme (marķējums):			
5.1.	skaidri saskatāms -melnā krāsā;			
5.2.	izvietots proksimāli, ne vairāk kā 3 cm no manšetes, pareiza caurules stāvokļa.			
5.3.	papildus marķējums centimetros intubācijas dziļuma novērtēšanai lūpu vai deguna līmenī			
<b>6.</b>	Intubācijas caurulei jābūt Rentgenoloģiski vizualizējamai, precīzas lokalizācijas noteikšanai;			
<b>7.</b>	Intubācijas caurulei jābūt ievadāmai gan orāli, gan nazāli.			

#### Vajadzīgie izmēri:

Iekšējais diametrs, mm	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
Ārējais diametrs ne lielāks par (mm)	8.2	8.8	9.6	10.2	11.0	11.6	12.3
Piepūstas manšetes diametrs ne lielāks par (mm)	23	23	30	30	30	30	30

## 5. daļa - kasetes gāzu analizatoram

Nepieciešamais daudzums – 15 iepakojumi

1. OPTI kasetes B

## 6. daļa - komplekti artēriju kanilācijai pēc Seldingera metodes – 260 gab.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	Adata artērijas punkcijai 20Gx80mm;			
2.	FEP katetrs 0.95x50mm ar fiksācijas spārniņiem,			
3.	Vadītājstīga 25-0.025``			

## 7.daļa - invazīvā spiediena mērīšanas sistēma– 150 gab.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	Sistēma neveicina turbulenci un burbuļu veidošanos;			
2.	Ir spiedienizturīgs pilinātājs, kamera, pagarinātājs 150cm garš, trīsdaļīgs savienotājs, i/v līnija un pagarinātājs 15cm;			
3.	Nepārtrauktas plūsmas ātrums apm.3ml/stundā pie 300mmHg;			
4.	Skalošanas ātrums apm.12ml/sek;			
5.	Precizitāte, stabilitāte, nulles noturīgums;			

6.	Var veikt arteriālo asins paraugu noņemšanu;			
7.	Savietojams ar slimnīcā esošiem monitoriem (Philips);			

#### 8.daļa- invazīvā spiediena mērīšanas komplekti-100 kompl.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	Savietojami ar slimnīcā esošu CF klases aparatūru, stiprinājumiem un kabeļiem;			
2.	Nepārtrauktās plūsmas ātrums 3ml/h pie 300mmHg, skalošanas ātrums min 1 ml/sek. Precizitāte, stabilitāte, nulles noturīgums;			
3.	Sistēma neveicina turbulenci un burbuļu veidošanos;			
4.	Komplekti izolēta arteriālā, venozā spiediena mērīšanai un kombinētie diviem un trijiem spiedieniem;			
5.	Spiedienizturīgs pilinātājs, pagarinātājs 150cm, trīsdalīgs savienotājs ar pievienotiem arteriāliem un venoziem zariem, trešais gals noslēgts un brīvs;			
6.	Arteriālais zars – v/l sensors, skalotājs, spiediena pārvades vads marķēts ar sarkanu līniju 125cm + 20cm, diametrs 1.5x2.7mm, savienojums ar trīs virzienu krāniņu asins gāzu analīzēm;			
7.	Venozais zars – v/l sensors, skalotājs, spiediena pārvades vads marķēts ar zilu līniju 125cm, diametrs 1.5x2.7mm;			
8.	Atsevišķi sterili iepakots plaušu artērijas zars – v/l sensors, skalotājs, spiediena pārvades vads marķēts ar dzeltenu līniju 125cm, diametrs 1.5x2.7mm;			
9.	Vienreizlietojamā spiediena sensors:			
9.1.	Darba spriegums 2-10V DC vai AC RMS;			
9.2.	Mērījumu diapazons –50 mmHg līdz 300 mmHg;			
9.3.	Maksimālais virsspiediens 6000 mmHg;			

9.4.	Darba temperatūra +15°C līdz +40°C;			
9.5.	Jūtība 5 mikroni V/V/mmHg, kļūda 1%;			
9.6.	Defibrilācijas aizsardzība saskaņā ar DIN EN 60601-1 minimāli 4.0 kV.			

#### 9.daļa - epidurālas anestēzijas komplekti – 100 gab.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	LOR šļirce: graduēta, lateksu nesaturošs virzulis, Luer gals;			
2.	Tuohy tipa epidurālā adata 1.3x80mm (18G), marķējumi ik pa 1cm, ergonomiska un caurspīdīga adatas rumba, krāsaini marķēta mandrēna;			
3.	Katetrs – 20G divslāņu poliamīda – poliuretāna, visā tā garumā USG un RTG vizualizējams, 1000mm, 0.85x0.45mm. Katetra gala distālie 4cm samazināti uz 24G, 3 pāri laterālas acis. 5 un 1cm marķējumi. Katetriem jābūt sonsoskopiski un rentgenoloģiski labi vizualizējamiem			
4.	Bakteriālais filtrs 0.2 , uzpildīšanas tilpums ne vairāk kā 0.45ml, pieļaujamais spiediens vismaz 7bar;			
5.	Lateksu nesaturošs, caurspīdīgs katetra-filtra sajūgmehānisms;			
6.	Bakteriālā filtra stiprinājums ar lipekli un klipša mehānismu.			

#### 10.daļa-kombinētās spināli-epidurālās anestēzijas komplekti (KSEA)-700 gab.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	LOR šļirce; graduēta, lateksu nesaturošs virzulis, Luer gals;			
2.	Tuoxxy tipa epidurālā adata 1,3x80mm(18G),marķējumi ik pa 1cm,ergonomiska un caurspīdīga adatas rumba, krāsaini marķēta			

	mandrēna ar papildus gala atveri spinālas anestēzijas veikšanai;			
3.	Spinālās anestēzijas adata ar zīmuļveida (pencil point) adatas galu; izmēri 0,42(27G)diаметrā;garums-136,5mm ar lielu sānu atveri, attālums no adatas gala līdz sānu atveres beigām maksimāli 1,7mm.Adatai jābūt ergonomiskai ar caurspīdīgu adatas rumbu, ar krāsaini marķētu metālisku mandrēnu;			
4.	Katetrs stingrs poliamīda 1000mm,0,85x0,45mm, 3 laterālas acis, mīksts atraumatiskss katetra gals (5mm),5 un 1cm marķējumi;			
5.	Bakteriālais filtrs 0,2mk,uzpildīšanas tilpums ne vairāk kā 0,45ml,pieļaujamais spiediens vismaz 7 bar;			
6.	Lateksu nesaturošs, caurspīdīgs katetra-filtra sajūgmehānisms;			
7.	Bakteriālā filtra stiprinājums ar lipekli un klipša mehānismu.			

### 11.daļa - endolumbālas anestēzijas adatas

Nepieciešamie daudzumi:

1.pozīcija - Plānsienu adata augstām plūsmām:

1. G22 0.70x88mm – **300 gab.**

2. G25 0.53x88mm – **2500 gab**

3. G25 0.53x120mm – **50 gab.**

2. pozīcija - plānsienu adata ar zīmuļveida galu G27 X 88 mm komplektā ar vadītājadatu-**500 gab**

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
<b>1.</b>	Plānsienu adata augstām plūsmām:			
1.1.	Quincke adatas gala slīpējums;			
1.2.	Krāsaini marķēta metāliska mandrēna, kas nodrošina „virzuļa efektu”;			
1.3.	Caurspīdīga un ergonomiska adatas rumba ar gala atveres marķieri, neslīdoša slapjos cimdos.			
<b>2.</b>	Spinālās anestēzijas adata ar zīmuļveida (pencil point) adatas galu			



2.1.	Izmēri 0.42 (27G) diametrā; garums – 88mm ar sānu atveri;			
2.2.	Adatai jābūt ergonomiskai ar caurspīdīgu adatas rumbu, ar krāsaini marķētu metālisku mandrēnu.			
2.3.	Komplektā ir jābūt vadītājdatai			

## 12. daļa - Filtru saturošas kaniles medikamentu ievilkšanai no stikla ampulām - 3500 gab.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	Plastikāta kaniles, iepakotas atsevišķi pa vienai sterilā iepakojumā.			
2.	Kanilēm jāsaturs iekšējs filtrs, kas novērš stikla mikrodaļiņu iekļūšanu šļircē.			
3.	4,5 – 6 cm garas			

## 13. daļa - sterili fiksatori – pārsēji, paredzēti reģionālās anestēzijas katetru fiksēšanai -1200 gab.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	Sterili pārsēji, kas nodrošina stabilu, aseptisku reģionālās anestēzijas katetra fiksāciju pie ādas. tā ievades vietā.			
2.	Sastāv no divām daļām:			
3.	Mīksta, biežāka materiāla pašlīpošs fiksācijas riņķis ar centrālo izgriezumu ap 1,3 -2 m2. Fiksatoram stingri jāfiksē katetrs tā ievades vietā (tādējādi novēršot sekundāru katetra dislokāciju), atstājot redzamu katetra ievades vietu ādā.			
4.	Pašlīpošs caurspīdīgs virsējais pārsējs, kas pilnībā un ar rezervi nosedz fiksācijas riņķi. Centrālajai pašlīpošajai virsējai pārsēja daļai jābūt nelīpošai, lai izvairītos no katetra migrācijas līdz ar pārsēju pacienta kustību laikā.			

#### 14.daļa - elastomērs infūzijas sūknis pacientu pēcoperācijas atsāpīnāšanai

Nepieciešamie daudzumi:

1.pozīcija - fiksēts nominālais infūzijas ātrums 2ml/h – **100 gab.**

2.pozīcija - fiksēts nominālais infūzijas ātrums 5ml/h – **100 gab.**

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
<b>1.</b>	darba tilpums 100ml ievades ātrumam 2 ml/h , un darba tilpums 260 ml ievades ātrumam 5 ml/h.			
<b>2.</b>	darba tilpums 260 ml ievades ātrumam 5 ml/h.			
<b>3.</b>	Papildus bakteriālais filtrs un nospiedoša spaile uz pagarinātāja, kas savieno elastomērisko pumpi ar katetru, kam to pievieno.			

#### 15. daļa - perineirālās elektrostimulācijas adatas nervu pinumu anestēzijai - 1700 gab.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
<b>1.</b>	50, 100 un 150 cm gara izolēta adata ar kabeli, kas savietojams ar Stimuplex HNS un DIG neirostimulācijas iekārtām;			
<b>2.</b>	Atraumatisks 30* gala slīpējums, teicama US vizualizācija, garuma marķējums ik centimetru;			
<b>3.</b>	Caurspīdīga savienotājlinija ar Luer-Lock konektoru.			

#### 16.daļa - komplekti nervu pinumu prolongētai anestēzijai ar Tuohy tipa adatu - 500 gab.,

Nepieciešamie daudzumi:

1.pozīcija - 50 mm-450 gab,

2.pozīcija - 100 mm-50 gab

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	Adatas – izolētas 18G 1.3mm, garumi <b>50mm</b> ar Tuohy tipa atraumatisku gala slīpējumu un kabeli, kas savietojams ar Stimuplex HNS un DIG neirostimulācijas iekārtām;			
2.	Adatas – izolētas 18G 1.3mm, garumi <b>100mm</b> ar Tuohy tipa atraumatisku gala slīpējumu un kabeli, kas savietojams ar Stimuplex HNS un DIG neirostimulācijas iekārtām;			
3.	Teicama US vizualizācija, garuma marķieri ik centimetru;			
4.	Komplektā konektors ar vārstu un caurspīdīgu sānu savienotājlīniju ar Luer-Lock konektoru;			
5.	Poliamīda katetrs 0.45x0.85x1000mm;			
6.	Bakteriālais filtrs 0.2mikroni, uzpildīšanas tilpums ne vairāk kā 0.45ml, pieļaujamais spiediens vismaz 7bar;			
7.	Lateksu nesaturošs, caurspīdīgs katetra-filtra sajūgmehānisms;			
8.	Bakteriālā filtra stiprinājums ar lipekli un klipša mehānismu.			
9.	Katetriem jābūt sonsoskopiski un rentgenoloģiski labi vizualizējamiem			

**17. daļa - ķirurģiskās atsūkšanas uzgaļi autohemotransfūzijas sistēmām. - 800 gab.**

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	Sterili ķirurģiskā sūkņu sistēmas uzgaļi – speciāli paredzēti lietošanai ortopēdiskās operācijās ar autohemotransfūzijas pielietošanu. No ne-metāliska materiāla. Paredzēti vienreizējai lietošanai.			
2.	Uzgalis sastāvošs no vairākām maināmām detaļām:			
2.1.	Ārējā cilindra – roktura, kura virsma konfigurēta tā, lai mazinātu tā slīdēšanu plaukstā. Ārējais cilindrs atverams, lai būtu iespējama iekšējā			

	filtrējošā cilindra maiņa. Roktura galam jābūt savietojamam ar slimnīcā lietotajām autohemotransfūzijas aparāta Medtronic „Autolog” atsūkšanas sistēmām (caurulēm) .			
2.2.	Katrā komplektā vismaz 2 gabali iekšējie filtrēšanas cilindri - viegli apmaināmi, nodrošina rupjgraudaina ķirurģiskā materiāla nofiltrēšanu un novērš tā iekļūšanu autohemotransfūzijas aparāta sistēmā.			
2.3.	Rokturim pievienojami 3 dažāda garuma atsūkšanas uzgaļi. Ar iekšējo diametru ne mazāku kā 5,6 mm. Uzgaļu garumiem jābūt robežās 140-160 mm, 220-240 mm un 270-290 mm attiecīgi. Vismaz 2 īsākajiem uzgaļiem ar jābūt ar platā leņķī izliektu formu. Brūcē ievadāmajam galam jābūt noapaļotas, atraumatiskas formas, ar papildus atverītēm sānos.			

### 18. daļa - vienreizlietojamās segas pacientu sildīšanai ar gaisa konvekcijas metodi

Nepieciešamie daudzumi:

1.pozīcija - Augšējās ķermeņa daļas sildošā sega – **1500** gab

2.pozīcija - Visa ķermeņa sildošā sega ar centrālu izgriezumu ķirurģiskai pieejai – **700** gab.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
<b>1.</b>	Savietojamas ar gaisa konvekcijas tipa sildītāju „Bear Hugger”			
<b>2.</b>	Paredzētas lietošanai pieaugušajiem			
<b>3.</b>	Ar divām atverēm sildierīces pievienošanai vienā vai otrā pusē pēc izvēles			
<b>4.</b>	Augšējās ķermeņa daļas sildošai segai jābūt aprīkotai ar caurspīdīgu galvas pārklāju, pašlīmējošu malu fiksācijai pie pacienta ķermeņa			
<b>5.</b>	Visa ķermeņa sildošā sega ar centrālu izgriezumu ķirurģiskai pieejai - ar centrālā izgriezuma laukumu vismaz 55mm <sup>2</sup> , ar pašlīmējošām malām ap šo izgriezumu			

### 19. daļa - elpināšanas sistēmu filtri

Nepieciešamie daudzumi:

1.pozīcija - filtrs bakteriāli/virāls, mitrumu neaizturošs – **500** gab.

2.pozīcija - filtrs bakteriāli/virāls, mitrumu aizturošs – **2400** gab.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
<b>1. pozīcija</b>	<b>Filtrs bakteriāli/virāls, mitrumu neaizturošs</b>			
1.1.	Filtrācijas veids-elektrostatisk/mehānisk;			
1.2.	Ar ieejas – izejas konektoriem novietotiem zem leņķa apmēram 100 -110 grādi			
1.3.	Ar CO2 portu;			
1.4.	Bakteriāli virālā aizsardzība virs 99,99%(ar klīniski pārbaudītu aizsardzību uz Staphiloc.Aureus,VHC („C” hepatīts, HIV);			
1.5.	Svars ne lielāks kā 22g;			
1.6.	Filtrācijas virsma ne mazāka kā 23cm <sup>2</sup> ;			
1.7.	Mirusī jeb kaitīgā telpa ne lielāka kā 37ml;			
1.8.	Plūsmas rezistence pie 30l/min.ne vairāk kā 0,9cm/H <sub>2</sub> O.			
<b>2. pozīcija</b>	<b>Filtrs bakteriāli/virāls, mitrumu aizturošs</b>			
2.1.	Filtrācijas veids-elektrostatisk;			
2.2.	Ar CO2 portu;			
2.3.	Bakteriāli virālā aizsardzība virs 99,99%(ar klīniski pārbaudītu aizsardzību uz Staphiloc.Aureus, Micobacterium Tuberculosis, VHC („C” hepatīts), HIV);			
2.4.	Savienojams ar 22M/15F elpināšanas kontūras konektoru;			
2.5.	Svars ne lielāks kā 34g; filtrācijas virsma ne mazāka kā 23cm <sup>2</sup> ;			
2.6.	Mitrinošās virsmas laukums ne mazāks kā 1100cm <sup>2</sup> ;			
2.7.	Mirusī jeb kaitīgā telpa ne lielāka kā 55ml;			

2.8.	Plūsmas rezistence pie 30l/min.ne vairāk kā 0,9cm/H <sub>2</sub> O;			
2.9.	Caurspīdīgs, lai nodrošinātu nepārtrauktu kontroli;			
2.10.	HME materiāls- celulozes papīrs ar CaCl <sub>2</sub> .			

## 20. daļa - elpošanas Kontūras

Nepieciešamais daudzums –

1.pozīcija - Elpošanas kontūras ( savienotājcaurules) – kopējais skaits **1000 gab.**

2. pozīcija - Sildīšanas – mitrināšanas kameras – **20 gab.**

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
<b>1.</b>	Vismaz 1.5 m garas gofrētas savienotājcaurules ar atsevišķām caurulēm ieelpai un izelpai, kas savienotas ar Y- veida konektoru, paredzētas vienreizējai lietošanai			
<b>2.</b>	Vismaz 2.5 m garas gofrētas savienotājcaurules ar atsevišķām caurulēm ieelpai un izelpai, kas savienotas ar Y- veida konektoru, paredzētas vienreizējai lietošanai			
<b>3.</b>	Vismaz 2,0 m garas gofrētas caurules ar mitruma savācējtrauciņu, no kura kondensātu iespējams izliet saglabājot kontūras hermētiskumu, ar atsevišķām caurulēm ieelpai un izelpai, kas savienotas ar Y- veida konektoru paredzētas vienreizējai lietošanai			
<b>4.</b>	Sildīšanas-mitrināšanas kameras ar automātisku ūdens uzpildīšanas mehānismu Fisher & Paykel MR850 vai MR730 mitrinātājam, paredzētas vienreizējai lietošanai			

## 21. daļa - skābekļa maskas

Nepieciešamie daudzumi:

1.pozīcija - skābekļa padeves katetrs – **500 gab.**

2.pozīcija - skābekļa sejas maska ar deguna klipsi un krājtelpu – **150 gab.**

3.pozīcija - skābekļa sejas maska ar deguna klipsi – **6000 gab.**

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
<b>1.</b> pozīcija	Skābekļa padeves katetrs:			
1.1.	Ūsas, abām nāsīm;			
1.2.	Plastikāta katetrs, skābekļa pievads (1,8m)			
<b>2.</b> pozīcija	Skābekļa sejas maska ar deguna klipsi formas pielāgošanai:			
2.1.	Augstas koncentrācijas skābekļa padevei ar uzkrājmaisu;			
2.2.	Skābekļa pievads (1,8m).			
<b>3.</b> pozīcija	Skābekļa sejas maska ar deguna klipsi formas pielāgošanai			
3.1.	Skābekļa pievads (1,8m).			

**22. daļa –sterili ultrasonogrāfa zonžu pārklāji komplektā ar sterilu gēlu asinsvadu kateterizācijai un reģionālai anestēzijai - 350 gab.**

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	Sterili apvalki no polietilēna			
2.	Komplektā ietilpst sterils zondes apvalks, sterilā gēla paciņa un sterilas apvalka fiksācijas gumijas			
3.	Sterilā zondes apvalka izmēri vismaz 16X80 cm			

**23. daļa - nesterili nepūderēti lateksa medicīniskie izmeklēšanas vienreizlietojamie cimdi – 800 000 pāri**

<b>1.</b>	<b>Nesterili nepūderēti lateksa medicīniskie izmeklēšanas vienreizlietojamie cimdi:</b>			
1.1.	Pielietošanas mērķis: medicīniskas manipulācijas;			

1.2.	Nepieciešamie izmēri: S,M,L;			
1.3.	Iepakojuma apraksts:			
1.3.1.	produkta iepakojuma procedūra veikta ievērojot 2 barjeru sistēmu:			
1.3.1.1.	iekšējais iepakojums/ kārba - katrā 100 gab.;			
1.3.1.2.	transporta kārba.			
1.3.2.	visi iepakojumi pasargā produktu no mitruma un citiem iespējamajiem bojājumiem;			
1.3.3.	uz iepakojuma un dispensera kārbas saprotami norādīta informācija par - produkta materiālu, izmēru, ražošanas un derīguma termiņa beigu datumu, CE zīme;			
1.3.4.	uz produkta iepakojuma ir labi iezīmēta un skaidri redzama tā atvēršanas vieta;			
1.3.5.	produkta iepakojums ērti, viegli atverams.			
1.4.	Produkta apraksts:			
1.4.1.	pamatmateriāls - dabīgs lateks;			
1.4.2.	gaiša krāsa;			
1.4.3.	ārējā virsma - mikroteksturēta, neslīdoša virsma;			
1.4.4.	iekšējā virsma - gluda, bez tekstūras, ar vai bez pārklājumu;			
1.4.5.	vienmērīgi pagarināta manšete ar rullējošo malu;			
1.4.6.	ūdenī ekstrahējamo proteīnu daudzums < 11mcg/g (ar Lowry metodi) vai alternatīva ;			
1.4.7.	bojāto cimdņu daudzums AQL līdz 1,5;			
1.4.8.	cimdņu garums no 240-250mm (atkarībā no izmēra);			
1.4.9.	cimdņu platums 77-118mm (atkarībā no izmēra);			



1.4.10.	cimdu biezums 0,16mm ( $\pm 0,01$ );			
1.4.11.	galējā stiepjamība > 700%;			
1.4.12.	piemēroti abām rokām;			
1.4.13.	barjeras efektivitāte apstiprināta ar ASTM F 1671 standarta testu;			
1.4.14.	ādas kairinājuma pārbaude apstiprināta ar ISO 10993-10 standarta testu.			

#### 24.daļa - Nesterili nepūderēti vinila medicīniskie izmeklēšanas vienreizlietojamie cimdi – 40 000 pāri

<b>1.</b>	<b>Nesterili nepūderēti vinila medicīniskie izmeklēšanas vienreizlietojamie cimdi:</b>			
1.1.	Pielietošanas mērķis: medicīniskas manipulācijas;			
1.2.	Nepieciešamie izmēri: S,M,L;			
1.3.	Iepakojuma apraksts:			
1.3.1.	produkta iepakojuma procedūra veikta ievērojot 2 barjeru sistēmu:			
1.3.1.1.	iekšējais iepakojums/ kārba - katrā 100 gab.;			
1.3.1.2.	transporta kārba.			
1.3.2.	visi iepakojumi pasargā produktu no mitruma un citiem iespējamiem bojājumiem;			
1.3.3.	uz iepakojuma un dispensera kārbas norādīta informācija par - produkta materiālu, izmēru, ražošanas un derīguma termiņa beigu datumu, CE zīme;			
1.3.4.	uz produkta iepakojuma ir labi iezīmēta un skaidri redzama tā atvēršanas vieta;			
1.3.5.	produkta iepakojums ērti, viegli atverams.			
1.4.	Produkta apraksts:			

1.4.1.	pamatmateriāls - polivinila hlorīds;			
1.4.2.	caurspīdīga krāsa;			
1.4.3.	ārējā virsma - mikroteksturēta/gluda, neslīdoša virsma;			
1.4.4.	iekšējā virsma - gluda, bez tekstūras, ar vai bez pārklājumu;			
1.4.5.	vienmērīgi pagarināta manšete ar rullējošo malu;			
1.4.6.	bojāto cimdus daudzums AQL līdz 1,5;			
1.4.7.	cimdus garums no 240-250mm (atkarībā no izmēra);			
1.4.8.	cimdus platums 77-118mm (atkarībā no izmēra);			
1.4.9.	cimdus biezums ne mazāk kā 0,8mm;			
1.4.10.	galējā stiepjamība > 370%;;			
1.4.11.	piemēroti abām rokām;			
1.4.12.	barjeras efektivitāte apstiprināta ar ASTM F 1671 standarta testu;			
1.4.13.	ādas kairinājuma pārbaude apstiprināta ar ISO 10993-10 standarta testu .			

## 25. daļa - Nesterili marles tamponi (15 x 15cm)

Nepieciešamais daudzums – 330000 gab.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	materiāls - medicīniskā marle baltā krāsā, diegu skaits 17-24/cm <sup>2</sup> ;			
2.	izmēri – 15cm x 15cm lietošanai gatavi tamponi;			
3.	forma – valrieksta lieluma apaļi tamponi;			

4.	locījumam jābūt tādām, lai marles malas būtu ielocītas uz iekšpusi un nebūtu redzami diegu gali;			
5.	fasējums:			
5.1.	tamponi safasēti paciņās pa 100gab.;			
5.2.	paciņas safasētas kartona kastēs.			

**26. daļa - Zāģu asmeņi - saderība ar Synthes ražotajiem Air Power Line, Power Drive, Battery Power Line oscilējošiem zāģiem un slimmīcā lietojamiem ceļa endoprotezēšanas apzāģēšanas blokiem – 20gab.:**

1.pozīcija	zāģa asmeņi 115,4/88x25x1,19	10
2.pozīcija	zāģa asmeņi 115,4/90x13x1,19	10

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	Materiāls –nerūsējošais tērauds;			
2.	Uz zāģu asmeņiem jābūt kodam, kas sakrīt ar kodu katalogā;			
3.	Katrs zāģa asmenis iepakots atsevišķi, nesterils;			
4.	Biezuma svārstības nevar būt lielākas par - 0,2mm;			
5.	Asmenīšu fiksācijai jābūt saderīgai.			

**27. daļa - Zāģu asmeņi - saderība ar Synthes ražotajiem Air Power Line, Power Drive, Battery Power Line oscilējošiem zāģiem – 70gab.**

<i>Pozīcija</i>	<i>Izmēri</i>	<i>Nepieciešamie daudzumi (gab.)</i>
1.pozīcija	zāģa asmeņi 70/49x14x0,6/0.4mm	10
2.pozīcija	zāģa asmeņi 90/69x27x0.8/0.6mm	15

3.pozīcija	zāģa asmeņi 90/69x27x1,0/0.8mm	15
4.pozīcija	zāģa asmeņi 90/69x27x1,2/1.0mm	10
5.pozīcija	zāģa asmeņi 46/25x6.0x0,6/0.4mm	10
6.pozīcija	zāģa asmeņi 46/25x14x0,6/0.4mm	10

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	Materiāls –nerūsējošais tērauds;			
2.	Uz zāģu asmeņiem jābūt kodam, kas sakrīt ar kodu katalogā;			
3.	Katrs zāģa asmenis iepakots atsevišķi, nesterils;			
4.	Biezuma svārstības nevar būt lielākas par - 0,2mm;			
5.	Asmenīšu fiksācijai jābūt saderīgai.			

## 28.daļa – silikona caurules

<i>Pozīcija</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.pozīcija	<b>Silikona caurule – 125gab.</b>			
	materiāls –silikons			
	caurules paredzētas lietošanai medicīnā, farmācijā			
	sterilizējamās frakcionētā tvaika sterilizācijā pie 134 grādiem			
	maksimālais spiediens caurulēs 33 psi (2.3 bar),			
	iekšējais diametrs 19.1mm			

	ārējais diametrs 25.4 mm,			
	caurules sienas biezums 3.2mm			
2.pozīcija	<b>Pastiprinātas izturības silikona caurule – 65gab.</b>			
	materiāls –silikons			
	caurules paredzētas lietošanai medicīnā, farmācijā			
	sterilizējamas frakcionētā tvaika sterilizācijā pie 134 grādiem			
	iekšējais diametrs 6,4mm			
	ārējais diametrs 13,2 mm,			
	caurules sienas biezums 3,43 mm			
	max spied. ~279 psii (19 bar).			

**29.daļa - Fibrinogēna un trombīna hemostātisks līdzeklis – sūklītis 60gab.**

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	sterili iepakots			
2.	izmanto ķirurģisku manipulāciju laikā – hemostāzei (pielietojams pie durālā maisa bojājumiem)			
3.	aktīvā viela – fibrinogēns un trombīns, kas sūklim nonākot saskarē ar šķidrumu (asinīm, limfu, fizioloģisko šķ.) pielīp un veido fibrīna tīklu			
4.	nepieciešamie izmēri ne mazāk kā 2,5x3x0,5cm			

**30.daļa - No dzīvniekiem iegūta želatīna izgatavots hemostātisks līdzeklis – sūklītis - 1440gab.**

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa –</i>
----------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------------

				<i>lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	sterili iepakots			
2.	izmanto ķirurģisku manipulāciju laikā (arī mugurkaula op., pie locītavu endoprotezēšanām ar cementējamām un bezcimenta endoprotēzēm) – hemostāzei			
3.	var lietot arī samitrinātu			
4.	izgatavots no dzīvniekiem iegūta želatīna			
5.	absorbējas 3 -6 nedēļu laikā			
6.	nepieciešamie izmēri ne mazāk kā 7-8x5x1cm			

**31.daļa - kolagēna hemostātisks līdzeklis – sūklītis - 60gab.**

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	sterili iepakots			
2.	izmanto hemostāzei (pielietojams kā pie aseptiskām, tā arī pie septiskām kaulu un mīksto audu ķirurģiskām manipulācijām)			
3.	izgatavots no kolagēna			
4.	piesūcināts ar antibiotiku (piem. gentamicīns)			
5.	nepieciešamie izmēri ne mazāk kā 5x4x0,5cm			

**32.daļa - Vienreizlietojamas ķirurģiskas cepures – 6000gab.**

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	Ķirurģiska cepures - sasienamas ap kaklu, „astronauta” tipa			

### 33.daļa – Incīzijas plēves – 2300gab.

<i>Pozīcija</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.pozīcija	sterili iepakots, nepieciešamie izmēri ne mazāk kā 15x28cm – <b>1320gab.</b>			
2.pozīcija	sterili iepakots, nepieciešamie izmēri ne mazāk kā 35x35cm – <b>980gab.</b>			

### 34.daļa – Mikroskopu pārvalki – 480gab.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	sterili iepakots			
2.	pielietojami ķirurģisku manipulāciju laikā - mikroskopu ZEISS NC4 un ZEISS UNIVERSAL S3 apklāšanai un pārklāšanai			

### 35.daļa - Zema vakuuma drenāžas sistēma

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.pozīcija	<b>500ml bundulis – 1300gab.</b>			
	tilpuma marķējums/ iedaļas			
	sterili iepakots			
	pret-atplūdes vārsts			
	savienotājcaurule ar noslēdzējklemmi un universālu konektoru drenām CH 6-18			
2.pozīcija	<b>500ml bundulis bez savienotājcaurules – 4300gab.</b>			

	tilpuma marķējums/ iedaļas			
	sterili iepakots			
	pret-atplūdes vārsts			
3.pozīcija	<b>250ml bundulis – 2550gab.</b>			
	tilpuma marķējums/ iedaļas			
	sterili iepakots			
	pret-atplūdes vārsts			
	savienotājcaurule ar noslēdzējklemmi un universālu konektoru drenām CH 6-18			
4.pozīcija	<b>250ml bundulis bez savienotājcaurules – 2500gab.</b>			
	tilpuma marķējums/ iedaļas			
	sterili iepakots			
	pret-atplūdes vārsts			
5.pozīcija	<b>50ml bundulis – 2700gab.</b>			
	sterili iepakots			
	drena CH8 ne mazāk kā 500mm gara ar RTG joslu visā garumā un atverēm ne mazāk kā 150mm un troakāru			
6.pozīcija	<b>Y tipa (divām drenām) savienotājcaurule – 700gab.</b>			
	sterili iepakots			
7.pozīcija	<b>Savienotājcaurule (vienai drenai) – 120gab.</b>			
	sterili iepakots			
8.pozīcija	<b>Redon tipa drena ne mazāk kā 500mm gara ar RTG joslu visā garumā un dubulti krustotām – 7200gab.</b>			
	atverēm ne mazāk kā 150mm CH 10-18			

### 36.daļa - Vienreizlietojamās maskas 53000gab.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Specifikācijas prasības</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Ražotājvalsts</i>	<i>Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta</i>
1.	aizsienamas			
2.	deguna formai pielāgojams klipsis			
3.	augsta filtrācijas efektivitāte			



4.	hipoalerģiska			
5.	3 kārtas			
6.	Tips II			
7.	atbilst NE 14683:2005			
8.	iepakotas kartona kastītē, lai būtu viegli izņemamas			

**PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDA PAPILDUS INFORMĀCIJA:**

1. Obligāti jāiesniedz tipogrāfiski drukāta oriģināla ražotāja brošūra, kurā norādīti visi augstāk minētie medicīnas preču parametri.
2. Katrs prasītais medicīnas preču parametrs tehniskajā piedāvājumā jāapstiprina ar atsauci uz konkrētu vietu pievienotajā brošūrā (lapaspuse, rindkopa), vai ar konkursa komisijai adresētu ražotāja apliecinājuma vēstules oriģinālu par parametra atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
3. Norādīt piegādes laiku no iepirkuma līguma slēgšanas brīža.

Atklāta konkursa „Medicīnas preču piegāde”,  
iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2012/17K

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

#### 1. Pretendents

Nosaukums	reģistrācijas nr.	adrese

pieāvā piegādāt atklāta konkursa „Medicīnas preču piegāde” nolikuma un tā 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma ” prasībām atbilstošas Preces par šādām cenām:

Dalās Nr.	Pozīcijas Nr.	Iepirkuma priekšmeta nosaukums	Vienas vienības cena latos (bez PVN)	Vienas vienības cena latos (ar PVN)	Vienību skaits 12 mēnešiem	Kopējā cena latos (bez PVN)	Kopējā cena latos (ar PVN)
Kopējā piedāvājuma cena latos (bez PVN)							
Kopējā piedāvājuma cena latos (ar PVN)							

vieta	datums	amats	paraksts	Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
Z.V.				

***(Finanšu piedāvājums pretendenta ir obligāti jāiesniedz arī elektroniskā formā – CD-R diskā, MS EXCEL formātā)***

\*Visas cenas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata latos (LVL).

\*\* Piegādātāju apvienību iesniegto finanšu piedāvājumu paraksta pieteikumā norādītie Piegādātāji, kas pārstāv Piegādātāju apvienību.

## IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Rīga

2012. gada \_\_\_\_.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību **“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Dantes iela 22 (turpmāk saukta **PIRCĒJS** un **SLIMNĪCA**), tās valdes priekšsēdētāja Vitolda Jurkeviča un valdes locekļu Anitas Vaivodes un Ineses Rantiņas personās, kuri darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un \_\_\_\_\_ reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā \_\_\_\_ gada \_\_\_\_ ar reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_, turpmāk - **PĀRDEVĒJS**, tās \_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk **LĪDZĒJI**, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un atklātu konkursu „Medicīnas preču piegāde” (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17K), noslēdza šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

- 1.1. Līguma priekšmets ir medicīnas preču piegāde Slimnīcai, divpadsmit kalendāriem mēnešiem.
- 1.2. **PĀRDEVĒJS** apņemas piegādāt **PIRCĒJA** vajadzībām medicīnas preces – turpmāk **PRECE**. Preču nomenklatūra (sortiments) un cenas (LVL) noteiktas Līguma **pielikumā Nr.1.**, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.3. **PRECE** tiek piegādāta atsevišķās partijās, par kuru apjomu un piegādes termiņu **PIRCĒJS** un **PĀRDEVĒJS** vienojas, izdarot kārtējo pasūtījumu telefoniski.
- 1.4. **PRECES** nosaukumu, daudzumu un vērtību katru reizi fiksē preču pavadzīmē – rēķinā.
- 1.5. **PRECES** derīguma termiņš ir ne mazāks kā **12 (divpadsmit)** kalendāra mēneši no piegādes brīža.
- 1.6. **PĀRDEVĒJS** atbild par piegādātās **PRECES** kvalitāti un sedz **PIRCĒJAM** visus pierādītos ar **PRECES** neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.
- 1.7. **PRECEI** ir jābūt iepakotai tā, lai pie transportēšanas un glabāšanas saglabātos nemainīga **PRECES** kvalitāte.

**2. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA**

- 2.1. Pasūtījumu veic Slimnīcas pilnvarotā persona, informējot **PĀRDEVĒJU** par nepieciešamo **PRECES** daudzumu pa telefonu \_\_\_\_\_.

**3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA**

- 3.1. Kopējā Līguma summa ir Ls \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_lati \_\_\_\_\_ santīmi) bez PVN, Ls \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_lati \_\_\_\_\_ santīmi) ar PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.

- 3.2. PRECES cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas rodas PĀRDEVĒJAM sakarā ar PRECES ieviešanu Latvijas Republikā un tās piegādi PIRCĒJAM.
- 3.3. Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAM, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAM netiek atlīdzināti.
- 3.4. PIRCĒJS apmaksā PRECI, veicot pēcapmaksu **60 (sešdesmit)** dienu laikā no PRECES piegādes brīža, pēc PREČU pavadzīmes - rēķina iesniegšanas.
- 3.5. Par PRECES apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

#### **4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ, VIETA UN NOSACĪJUMI**

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar 2012. gada \_\_\_\_\_ un tiek noslēgts uz divpadsmit kalendāra mēnešiem, un darbojas līdz līgumslēdzējpusēs pilnībā izpildījušas savas saistības.
- 4.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja PRECE par Līguma summu nav piegādāta.
- 4.3. PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAM PRECI saskaņā ar pasūtījumu ne vēlāk kā \_\_ dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ar savu transportu uz PIRCĒJA norādīto adresi: VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", Dunties ielā 22, Rīgā, un sedz visus ar to saistītos izdevumus.
- 4.4. PRECE uzskatāma nodota PIRCĒJAM no PREČU pavadzīmes - rēķina iesniegšanas dienas. PREČU pavadzīmi - rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA pilnvarotā persona – aptiekas vadītāja.
- 4.5. Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču pieņemšanu.
- 4.6. Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt PREČU pavadzīmes - rēķinu par saņemto PRECI, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem **3 (trīs) darba dienu** laikā no PREČU pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas.
- 4.7. **PIRCĒJA pretenzijas par PRECES daudzumu:**
  - 4.7.1. ja, pieņemot PRECI, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un PREČU pavadzīmēm - rēķiniem, PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu **3 (trīs) darba dienu** laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAM attiecīgu aktu;
  - 4.7.2. PĀRDEVĒJS **3 (trīs) darba dienu** laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošās PRECES ar jaunām PRECĒM uz sava rēķina.
- 4.8. **PIRCĒJA pretenzijas par PRECES kvalitāti:**
  - 4.8.1. Ja piegādātajām PRECĒM medicīniskās pielietošanas procesā tiek konstatētas to funkcionēšanas defekti vai nepiemērotība pielietošanas mērķim, vai arī PRECES lietošana izraisījusi ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai un dzīvībai, kā arī tiks konstatēta MEDIKAMENTA iedarbības neefektivitāte, kas var nest būtiskus finansiālus zaudējumus PASŪTĪTĀJAM, tad PIRCĒJS var pārtraukt Līguma izpildi pēc savas iniciatīvas, par ko PIRCĒJS informē PĀRDEVĒJU **20 (divdesmit) darba dienas** iepriekš.
  - 4.8.2. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā.

## 5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEPILDĪŠANU

- 5.1. Līgums stājas spēkā no LĪDZĒJU parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus.
- 5.2. Par PRECES nesavlaicīgu piegādi tiek noteikta **kavējuma nauda 0,5% apmērā** no laikā nepiegādātās PRECES vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.
- 5.3. Par piegādātās PRECES nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikta **kavējuma nauda 0,5% apmērā** par katru maksājuma dienu.
- 5.4. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no Līguma izpildes.
- 5.5. Ja kāda no PUSĒM nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otram PUSEI ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, **vienu mēnesi** iepriekš rakstiski paziņojot par to otram PUSEI, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās PUSES zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.

## 6. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

- 6.1. PIRCĒJAM ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:
  - 6.1.1. ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;
  - 6.1.2. ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir apturēta.
- 6.2. PĀRDEVĒJAM ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi paziņojot par to PIRCĒJAM, ja PIRCĒJS pēc atkārtotiem rakstveida atgādinājumiem pastāvīgi nepilda savas saistības.
- 6.3. Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM par faktiski veiktajām preču piegādēm.

## 7. NEPĀRVARAMA VARA

- 7.1. Gadījumā, ja Līguma noteikumi netiek pildīti vai tiek pildīti neapmierinoši tādu ārkārtas apstākļu dēļ, kuru iestāšanos Puses, pēc saprātīga vērtējuma, un, ievērojot Līguma priekšmeta īpašo raksturu, Līgumā paredzēto pakalpojumu nozīmi, ar to saistīto risku un atbildību, nav varējušas paredzēt vai novērst, un, kas būtiski apgrūtinā šī Līguma noteikumu izpildi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par savlaicīgu neizpildi vai nepilnīgu izpildi.
- 7.2. Šajā Līgumā ar ārkārtas apstākļiem tiek saprastas dabas katastrofas, ugunsnelaimes, kara darbība, streiki, valdības un tās institūciju noteiktie ierobežojumi un citi nepārvaramās varas gadījumi, kurus Puses nevar kontrolēt un ietekmēt.
- 7.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts citu līguma izpildē iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
- 7.4. Pusei, kuras pienākumu izpilde nepārvaramās varas rezultātā ir apgrūtināta vai kļuvusi neiespējama, nekavējoties jāpaziņo pārējām Pusēm par radušos stāvokli, kā arī nekavējoties jāpiedāvā iespējamais risinājums.
- 7.5. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, tas jāpierāda pārējām Pusēm. Ja nepārvaramās varas dēļ Līguma pildīšana tiek aizkavēta vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses sarunu ceļā lemj par savām iespējām turpināt pildīt līgumsaistības.

## 8. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI

- 8.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. LĪDZĒJU (PUSES) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.
- 8.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, LĪDZĒJI (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

- 8.3. LĪDZĒJU (PUŠU) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja LĪDZĒJI (PUSES) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 8.4. Ja Līguma darbības laikā notiek LĪDZĒJU (PUŠU) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
- 8.5. PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.
- 8.6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
- No PIRCĒJA puses: \_\_\_\_\_ tālr. \_\_\_\_\_, fakss \_\_\_\_\_
  - No PĀRDEVĒJA puses: \_\_\_\_\_ tālr. \_\_\_\_\_ fakss \_\_\_\_\_
- 8.7. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, LĪDZĒJU pienākums ir **7 (septiņu)** darba dienu laikā paziņot par to otram LĪDZĒJAM.
- 8.8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz \_\_ lapām. Līgums sastāv no līguma teksta uz \_\_ lapām un \_\_ pielikuma uz \_\_ lapas, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 8.9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

## 9. LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES

PIRCĒJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"  
Reģ. Nr. 40003410729  
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005  
„Swedbank” AS  
Konta Nr. LV92HABA0551009437916  
Kods: HABALV22  
Tālrunis 67399300, fakss 67392348

PĀRDEVĒJS:

\_\_\_\_\_  
Valdes priekšsēdētājs Vitolds Jurkevičs

\_\_\_\_\_  
Z.v

\_\_\_\_\_  
Valdes loceklis Anita Vaivode

\_\_\_\_\_  
Valdes loceklis Inese Rantiņa

Atklāta konkursa „**Medicīnas preču piegāde**”,  
identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17K

**MEDICĪNISKĀ PRODUKTA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDES PROTKOLS**

\_\_\_\_\_nodaļā  
*līdz*  
**Atbilstības pārbaudes  
periods no** \_\_\_\_\_

**Produkta nosaukums**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Firma, kura piedāvā produktu**

\_\_\_\_\_

**Ražotājvalsts**

\_\_\_\_\_

*Īss produkta raksturojums (pēc pielietojuma pacientam)*  
*Produkta pozitīvās īpašības*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Produkta negatīvās īpašības**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nodaļas vadītājs/ virsmāsa \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds, paraksts)

Ārsts \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds, paraksts)

Māsa \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds, paraksts)