

Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005

Atklāta konkursa
„Augšstilba kaula proksimālu lūzumu intramedullāras osteosintēzes sistēmas piegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/20K

ZIŅOJUMS

2018. gada 6. septembrī

- Pasūtītāja nosaukums un adrese:**
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,
reģistrācijas Nr. 40003410729, adrese – Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
- Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs:**
Atklāts konkurss, ID Nr. VSIA TOS 2018/20K
- Iepirkuma līguma priekšmets:**
augšstilba kaula proksimālu lūzumu intramedullāras osteosintēzes sistēmas (turpmāk – Prece)
piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas pievienota konkursa Nolikuma pielikumā Nr. 2.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
- Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts** Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā – 20.08.2018.
- Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:**
ar Slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2018. gada 15. augusta rīkojumu Nr. 01-6/111
apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja, valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks, galvenais ārsts Uģis Zariņš, komisijas locekļi: centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja vietniece Sandra Bringa, ķirurģisko operāciju nodaļas vadītāja Ilga Bulāne, galvenā iepirkumu speciālista palīdzē Līana Jaunzeme.
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:**
2018. gada 5. septembris, plkst. 11:00.
- Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:**

| Pretendents | Kopējā piedāvātā cena |
|---------------------|------------------------------|
| “Baltic Medica” UAB | 58300,00 EUR |
| “Gameda” UAB | 101536,60 EUR |
| “Interlux” SIA | 111600,00 EUR |

8. **Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:**
2018. gada 5. septembris plkst. 11:00 EIS e-konkursu apakšsistēma www.eis.gov.lv
9. **pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena:**
9.1. SIA "Interlux" par kopējo līgumcenu 111600,00 EUR bez PVN.
10. **Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums:**
- 10.1. **Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude**
- 10.1.1. Iepirkuma komisija izvērtēja pretendenta piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 5. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un konstatēja, ka visu pretendenta piedāvājumu noformējumi atbilst izvirzītajām prasībām.
- 10.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti nākamajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu vērtēšana”.
- 10.2. **Pretendentu atlases dokumentu vērtēšana**
- 10.2.1. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendenta *Atlases dokumenti* atbilst Nolikuma 7. punktā izvirzītajām prasībām.
- 10.2.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti nākamajā posmā „Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšana”.
- 10.3. **Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšana**
- 10.3.1. Izvērtējot UAB "Baltic Medica" tehnisko piedāvājumu, Iepirkuma komisija konstatēja, ka piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām.
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt pretendenta UAB "Baltic Medica" piedāvājumu, nevirzot to vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”, jo piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām.
- 10.3.2. Izvērtējot UAB "Gameda" tehnisko piedāvājumu, Iepirkuma komisija konstatēja, ka piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām.
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt pretendenta UAB "Gameda" piedāvājumu, nevirzot to vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”, jo piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām.
- 10.3.3. Izvērtējot SIA "Interlux" tehnisko piedāvājumu, Iepirkuma komisija konstatēja, ka piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām.
- 10.3.4. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma SIA "Interlux" piedāvājumu virzīt vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”.
- 10.4. **Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana**
- 10.4.1. Iepirkuma komisija secināja, ka Finanšu piedāvājums atbilst nolikumā minētajām prasībām.
- 10.4.2. Iepirkuma komisija pārbaudīja aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumā, un aritmētiskās kļūdas nekonstatēja.
- 10.4.3. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīt SIA "Interlux" piedāvājumu par kopējo līgumcenu 111600,00 EUR bez PVN.
- 10.5. **Izziņu pieprasīšana un lēmuma pieņemšana**
- 10.5.1. Saskaņā ar Nolikuma 9.6. punktu, Iepirkuma komisija pārliecinājās, vai SIA "Interlux" nav izslēdzama no iepirkuma procedūras (piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu: **05.09.2018.** un uz lēmuma pieņemšanas dienu **06.09.2018.**), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta nosacījumiem, un konstatēja, ka pretendentam nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem.

10.6. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA "Interlux" par kopējo līgumcenu 111600,00 EUR bez PVN.

11. Informācija par apakšuzņēmējiem: nav attiecināms

12. Pamatojums par katru noraidīto pretendentu:

12.1. Izvērtējot **UAB "Baltic Medica" tehnisko piedāvājumu**, Iepirkuma komisija konstatēja sekojošo:

- 12.1.1. Neatbilst prasībai Nr. 1 "Materiāls - augstas izturības nerūsējošais tērauds (ortinox vai līdzvērtīgs)", jo pretendents piedāvā – "Titanium alloy" (titāns);
- 12.1.2. Neatbilst prasībai Nr. 2 "*Intramedullārās kanulētā stieņa garums: 2.1. proksimāliem lūzumiem – 180mm; 2.2. kombinētiem lūzumiem 280 – 460mm, pieejami ar soli 20mm, labais un kreisais*", jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā Medgal (Polija) kataloga 1.-2. lpp. ietverto informāciju, nav pieejami stieņu garumi: 180, 300, 320, 440, 460 mm;
- 12.1.3. Nav iespējams pārliecināties par atbilstību prasībai Nr. 3 "*Intramedullārā stieņa diametrs proksimālā daļā 15,5mm, distālā 11mm*", jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā Medgal (Polija) kataloga 3. lpp. ietverto informāciju, tajā nav datu par stieņa proksimālā gala diametru;
- 12.1.4. Neatbilst prasībai Nr. 4 "*Proksimālās fiksācijas "lag" skrūves atveres leņķi 120, 125, 130 grādi*", jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā Medgal (Polija) kataloga 1. lpp. ietverto informāciju, nav pieejams stienis ar "lag" skrūves atveres leņķi 120 grādi;
- 12.1.5. Neatbilst prasībai Nr. 5 "*Distāli – viens ovālas formas caurums 5mm bloķējošai šķērskrūvei dinamiskai vai statiskai fiksācijai*", jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā Medgal (Polija) kataloga 1. lpp. ietverto informāciju, pieejams stienis tikai ar 2 skrūvju caurumiem distālā galā;
- 12.1.6. Nav iespējams pārliecināties par atbilstību prasībai Nr. 6 "*M-L valgus izliekums 4 grādi*", jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā Medgal (Polija) kataloga 6. lpp. ietverto informāciju, tajā nav datu par stieņa "valgus izliekuma" lielumu;
- 12.1.7. Neatbilst prasībai Nr. 8 "*"Lag" skrūves 10.5mm diametrā ar pretrotācijas fiksācijas padziļinājumiem ik pēc 90 grādiem, ar garumiem no 70-120mm*", jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā Medgal (Polija) kataloga 3. lpp. ietverto informāciju, Lag skrūves diametrs ir 11 mm;
- 12.1.8. Neatbilst prasībai Nr. 9 "*"Lag" skrūves fiksators ar vītnē iestrādātu plastikāta pretrotācijas gredzenu*", jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā Medgal (Polija) kataloga 3. lpp. ietverto informāciju, Lag skrūves fiksatorā nav iestrādāts plastmasas pretrotācijas elements.
- 12.1.9. Ievērojot iepriekš minēto, Iepirkuma komisija secina, ka pretendents tehniskajā piedāvājumā ir norādījis piedāvātās preces ražotāja tehniskajiem datiem neatbilstošu informāciju, saskaņā ar 3.1.2. – 3.1.8. punktā konstatēto.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt pretendenta UAB "Baltic Medica" piedāvājumu, nevirzot to vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”, jo piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām.

12.2. Izvērtējot **UAB "Gameda" tehnisko piedāvājumu**, Iepirkuma komisija konstatēja sekojošo:

- 12.2.1. Neatbilst prasībai Nr. 1 "Materiāls - augstas izturības nerūsējošais tērauds (ortinox vai līdzvērtīgs)", jo pretendents piedāvā – "Materiāls – titāns".

- 12.2.2. Neatbilst prasībai Nr. 2 *“Intramedullārās kanulētā stieņa garums: 2.1. proksimāliem lūzumiem – 180mm; 2.2. kombinētiem lūzumiem 280 – 460mm, pieejami ar soli 20mm, labais un kreisais”*, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā kataloga 04.14.-04.18. lpp. ietverto informāciju, nav pieejami stieņu garumi: 280, 300, 320, 440, 460 mm;
- 12.2.3. Nav iespējams pārliecināties par atbilstību prasībai Nr. 3 *“Intramedullārā stieņa diametrs proksimālā daļā 15,5mm, distālā 11mm”*, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā kataloga 04.14.-04.18. lpp. ietverto informāciju, tajā nav datu par stieņa proksimālā gala diametru;
- 12.2.4. Neatbilst prasībai Nr. 4 *“Proksimālās fiksācijas “lag” skrūves atveres leņķi 120, 125, 130 grādi”*, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā kataloga 04.14.-04.18. lpp. ietverto informāciju, nav pieejams stienis ar “lag” skrūves atveres leņķi 120 grādi;
- 12.2.5. Nav iespējams pārliecināties par atbilstību prasībai Nr. 6 *“M-L valgus izliekums 4 grādi”*, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā kataloga 04.14.-04.18. lpp. ietverto informāciju, tajā nav datu par stieņa “valgus izliekuma” lielumu;
- 12.2.6. Neatbilst prasībai Nr. 8 *““Lag” skrūves 10.5mm diametrā ar pretrotācijas fiksācijas padziļinājumiem ik pēc 90 grādiem, ar garumiem no 70-120mm”*, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā kataloga 04.14.-04.18. lpp. ietverto informāciju, Lag skrūves diametrs ir 11 mm;
- 12.2.7. Neatbilst prasībai Nr. 9 *“Lag” skrūves fiksators ar vītnē iestrādātu plastikāta pretrotācijas gredzenu”*, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā kataloga 04.14.-04.18. lpp. ietverto informāciju, Lag skrūves fiksatorā nav iestrādāts plastmasas pretrotācijas elements.
- 12.2.8. Neatbilst prasībai Nr. 10 *“Distālās šķērsskrūves 5mm diametrā garumā no 25-50mm”*, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā kataloga 04.14.-04.18. lpp. ietverto informāciju, nav pieejama 25 mm gara skrūve.
- 12.2.9. Ievērojot iepriekš minēto, Iepirkuma komisija secina, ka pretendents tehniskajā piedāvājumā ir norādījis piedāvātās preces ražotāja tehniskajiem datiem neatbilstošu informāciju, saskaņā ar 3.2.2. – 3.2.8. punktā konstatēto.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt pretendenta UAB “Gameda” piedāvājumu, nevirzot to vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”, jo piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām.

13. **Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru:** *nav attiecināms*
14. **Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu:** *nav attiecināms*
15. **Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:** *nav attiecināms*

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: _____ I. Rantiņa

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks: _____ U. Zariņš

Komisijas locekle _____ S. Bringa

Komisijas loceklis _____ I. Bulāne

Komisijas locekle _____ L. Jaunzeme